

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę odzieży ochronnej radiologicznej**

Nr sprawy : ZP-11-020BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1:

Pytanie dotyczy punktu nr 1. Zamawiający wymaga rozmiar XXXL. Jaki obwód klatki piersiowej i pasa Zamawiający ma na myśli?

Odp. Zamawiający dla rozmiaru XXXL wymaga wymiarów: klatka piersiowa- 138, pas 140, biodra 155

Pytanie 2:

Pytanie dotyczy punktu nr 1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy z materiału zastępującego gumę ołowiową NovaLite z wagą większą o ok. 10% od wymaganej.?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza cięższych fartuchów.

Pytanie 3:

Pytanie dotyczy punktu nr 3. Czy Zamawiający dopuści osłony na tarczycę ze śliniakiem dł. 10 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza osłon na tarczycę ze śliniakiem o dł 10 cm.

Pytanie 4:

Pytanie dotyczy punktu nr 4. Zamawiający wymaga między innymi rozmiar XXL oraz XXXL. Jaki obwód klatki piersiowej i pasa Zamawiający ma na myśli?

Odp. Zamawiający dla rozmiaru XXL wymaga wymiarów: klatka 115, pas 120, biodra 130

Odp. dla rozmiaru XXXL jest w pkt 1

Pytanie 5:

Pytanie dotyczy punktu nr 4. Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem innym niż wymagane (zapiwane na rzepy oraz specjalny pas na zatrzaski obciążający kręgosłup i ramiona)?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Wykonawca nie sprecyzował jakie zapięcie miałyby być zastosowane.

Pytanie 5:

Pytanie dotyczy punktu nr 5. Czy Zamawiający dopuści fartuchy połówkowe zwane miednicowymi ochronności 0,5 mm Pb z gumy ołowianej o rozmiarach 40x45 cm?

Odp. . Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza fartuchów połówkowych zwanych miednicowymi o rozmiarze 40x45cm.

Z upoważnienia **DYREKTORA SPSKM**
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek