

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów laboratoryjnych [Nr sprawy : ZP-11-022BN](#)

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następujących odpowiedzi :

PYT.1 DOTYCZY PAKIETU NR 2

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z 3 półkami? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.2 DOTYCZY PAKIETU NR 2

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 369 litrów?
 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYT.3 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy §1 ust.3 na „ z dnia 20 maja 2010r....” – ustawa z dnia 20.04.2004 już nie obowiązuje? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

PYT.4 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar w §5 ust.1 do 1% oraz czy wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu : „jednak nie więcej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.5 Czy zamawiający dopuści wykonywanie czynności konserwacyjnych codziennych, tygodniowych oraz miesięcznych zgodnie z instrukcją producenta wykonywanych rutynowo przez Użytkownika aparatu? **Odp. Zamawiający nie rozumie pytania. Czy ma wyrazić zgodę dla siebie na czynności konserwujące, które sam ma wykonać?**

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek