

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119561-2011:TEXT:PL:HTML>

**PL-Katowice: Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne**

**2011/S 73-119561**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**Dostawy**

**SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**

**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Francuska 20-24

Do wiadomości: Barbara Huchro

40-027 Katowice

POLSKA

Tel. +48 322591668

E-mail: [duo@spskm.katowice.pl](mailto:duo@spskm.katowice.pl)

Faks +48 322591671

**Adresy internetowe**

Ogólny adres instytucji zamawiającej [www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI**

Podmiot prawa publicznego

Zdrowie

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OPIS**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą**

Dostawa elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług**

Dostawy

Kupno

**II.1.3) Ogłoszenie dotyczy**

Zamówienia publicznego

**II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**

**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)**

Przedmiotem zamówienia są tytanowe elementy zespalające i rekonstrukcyjne do zabiegów w obrębie twarzoczaszki.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33130000

II.1.7) **Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Nie

II.1.8) **Podział na części**  
Tak  
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) **Dopuszcza się składanie ofert wariantowych**  
Nie

II.2) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres**

Przedmiotem zamówienia są tytanowe elementy zespalające i rekonstrukcyjne do zabiegów w obrębie twarzoczaszki, Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (pakietów).

Bez VAT 1 200 000,00 PLN

II.2.2) **Opcje**

II.3) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI**

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia):

#### **INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI**

##### **CZĘŚĆ NR 1**

NAZWA pakiet nr 1

1) **KRÓTKI OPIS**

Płytką do osteosyntezy 2.0 16 – otworowa, grubość 1,0mm, czysty tytan.

Śruba korowa samogwintująca z heksagonalnym połączeniem wewnętrznym, średnica 2,0mm, czysty tytan:

a) długość od 4 mm do 13 mm ze skokiem co 1mm

b) długość od 15 mm do 23 mm ze skokiem co 2mm

Śruba awaryjna, średnica 2,3 mm, czysty tytan: długość 5 mm; 7 mm; 9 mm; 12 mm

Śruba tytanowa samo wierząca 2.0 do wiązań międzyszczękowych w systemie heksagonalnym posiadająca kołnierz naśluzówkowy długość 8 mm i 11mm.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENI (CPV)**  
33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

##### **CZĘŚĆ NR 2**

NAZWA pakiet nr 2

1) **KRÓTKI OPIS**

Płytką do osteosyntezy kłykciowa 4 – otworowa, trapezowata, grubość 1mm, czysty tytan.

Płytko do osteosyntezy kłykciowa 4 – otworowa, trapezowata, anatomicznie zaokrąglona, grubość 1 mm, czysty tytan:

Płytko do osteosyntezy kłykciowa 9 – otworowa, trapezowata, anatomicznie zaokrąglona grubość 1 mm, czysty tytan:

Śruba korowa samogwintująca z heksagonalnym połączeniem wewnętrznym, średnica 2.0mm, czysty tytan.

a) długość od 4 mm do 13 mm ze skokiem co 1 mm

b) długość od 15 mm do 23 mm ze skokiem co 2 mm

Śruba awaryjna śr.2,3mm, czysty tytan, długość 5mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 3**

NAZWA pakiet nr 3

1) **KRÓTKI OPIS**

Płytko do osteosyntezy czaszkowa L-kształtna 2.0 4-otworowa, lewostronna, kąt 90 stopni, grubość 1 mm, most 9 mm, czysty tytan.

Płytko do osteosyntezy czaszkowa L-kształtna 2.0 4-otworowa, prawostronna, kąt 90 stopni, grubość 1 mm, most 9 mm, czysty tytan.

Płytko do osteosyntezy czaszkowa L-kształtna 2.0 5-otworowa, lewostronna, kąt 90 stopni, grubość 1 mm, most 12 mm, czysty tytan.

Płytko do osteosyntezy czaszkowa L-kształtna 2.0 5-otworowa, prawostronna, kąt 90 stopni, grubość 1 mm, most 12 mm, czysty tytan.

Płytko do osteosyntezy czaszkowa L-kształtna 2.0 6-otworowa, lewostronna, kąt 100 stopni, grubość 1 mm, most 15 mm, czysty tytan.

Płytko do osteosyntezy czaszkowa L-kształtna 2.0 6-otworowa, prawostronna, kąt 100 stopni, grubość 1 mm, most 15 mm, czysty tytan.

Śruba korowa samogwintująca z heksagonalnym połączeniem wewnętrznym, średnica 2.0 mm, czysty tytan długość od 4 mm do 13 mm ze skokiem co 1 mm długość od 15 mm do 23 mm ze skokiem co 2 mm.

Śruba awaryjna śr.2,3 mm, czysty tytan, długość 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 4**

NAZWA pakiet nr 4

1) **KRÓTKI OPIS**

Płytko do osteosyntezy X-kształtna 2.0 6-otworowa, grubość 1 mm, most 9 mm, czysty tytan.

Płytką do osteosyntezy X-kształtna 2.0 6-otworowa, grubość 1 mm, most 12 mm, czysty tytan.  
Śruba korowa samogwintująca z heksagonalnym połączeniem wewnętrznym, średnica 2.0 mm, czysty tytan  
długość od 4 mm do 13 mm ze skokiem co 1 mm długość od 15 mm do 23 mm ze skokiem co 2 mm.  
Śruba awaryjna śr.2,3 mm, czysty tytan, długość 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 5

NAZWA pakiet nr 5

1) **KRÓTKI OPIS**

Płytką rekonstrukcyjną prostą z otworami nagwintowanymi, grubość 2,5 mm, od 16-20 oczek, czysty tytan.  
Płytką rekonstrukcyjną zagiętą prawostronna z otworami nagwintowanymi, grubość 2,4 mm, czysty tytan.  
Płytką rekonstrukcyjną zagiętą lewostronna z otworami nagwintowanymi, grubość 2,4 mm, czysty tytan.  
Śruba zamykająca, średnica 2,4 mm, czysty tytan.  
Śruba korowa samogwintująca, średnica 2.4 mm, długość 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - czysty tytan.  
Śruba z nagwintowaną głową blokującą się w płycie rekonstrukcyjnej, średnica 2.4 mm, długość 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm czysty tytan.  
Śruba korowa samogwintująca, awaryjna, średnica 2.7 mm, długość 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm - czysty tytan.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 6

NAZWA pakiet nr 6

1) **KRÓTKI OPIS**

Płytką do osteosyntezy niskoprofilowa 1.5 20-otworowa, grubość 0,6 mm, 16-otworowa, czysty tytan.  
Śruba korowa samowiercąca, średnica 1.5 mm, długość od 3mm do 16 mm, czysty tytan.  
Śruba korowa samowiercąca awaryjna, średnica 1.8 mm, długość od 5mm do 20 mm, czysty tytan.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 7

NAZWA pakiet nr 7

1) **KRÓTKI OPIS**

Płytką do osteosyntezy niskoprofilowa 1.0, 34- otworowa, grubość 0,7mm, czysty tytan.  
Śruba korowa samogwintująca, średnica 1.0 mm, długość 2mm do 3mm, czysty tytan.  
Śruba korowa samowiercąca awaryjna, średnica 1.2 mm, długość 5mm do 6mm, czysty tytan.  
Wiertło o średnicy 0.7mm.  
Śruba korowa samogwintująca od 3mm do 5 mm, średnica 1.0 mm, czysty tytan.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 8

NAZWA pakiet nr 8

1) **KRÓTKI OPIS**

Anatomiczna płytką tytanową do rekonstrukcji dna i ścian oczodołów, wymiar 30x26mm, grubość 0,25mm, posiadająca 4 wypustki z minimum 3 otworami na każdej pod śruby 1,5mm.  
Anatomiczna płytką tytanową do rekonstrukcji dna i ścian oczodołów, wymiar 31x36mm, grubość 0,25mm, posiadająca 4 wypustki po 3 otwory na każdej wypustce pod śruby 1,5mm.  
Anatomiczna płytką tytanową do rekonstrukcji dna i ścian oczodołów, wymiar 30x39mm, grubość 0,3mm, posiadająca 2 wypustki, po 3 otwory na każdej pod śruby 1,5mm.  
Anatomiczna płytką tytanową do rekonstrukcji dna i ścian oczodołów, wymiar 36x46mm, grubość 0,3mm, posiadająca 2 wypustki, po 3 otwory na każdej wypustce pod śruby 1,5mm.  
Szablon aluminiowy mały 0,2mm wielkość 26x30mm.  
Szablon aluminiowy duży 0,2mm wielkość 31x36mm.  
Śruby korowe krzyżakowe 1,5 – 3,4,5,6mm.  
Śruba korowa krzyżakowa awaryjna 1,8-5mm.  
Wiertła do systemu 1,5.  
Śrubokręt 1,5.  
Nożyczki do cięcia płytek tytanowych.  
Elewator modelujący płytkę oczodołową.  
Kontener na implanty, śruby i wiertła, szablony.  
Dwuczęściowy model oczodołu.  
Kontener na instrumentarium.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

33130000

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 9

NAZWA pakiet Nr 9

- 1) **KRÓTKI OPIS**  
Siatka rekonstrukcyjna 1.0, grubość 0,4 mm, wielkość 100 x 100mm.  
Śruba korowa samowiercząca średnica 1.0mm, długość od 3mm do 5 mm, czysty tytan.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
33130000
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**
- 4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**
- 5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 10

NAZWA pakiet nr 10

- 1) **KRÓTKI OPIS**  
Płytką giętka, pomiarowa, o szerokości płyty rekonstrukcyjnej.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
33130000
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**
- 4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**
- 5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 11

NAZWA pakiet nr 11

- 1) **KRÓTKI OPIS**  
Proteza wyrostka kłykciowego żuchwy prawego z możliwością połączenia z płytką rekonstrukcyjną oraz do wszczepienia bez użycia płyty rekonstrukcyjnej.  
Proteza wyrostka kłykciowego żuchwy lewego z możliwością połączenia z płytką rekonstrukcyjną oraz do wszczepienia bez użycia płyty rekonstrukcyjnej.  
Śruba korowa samogwintująca do protezy wyrostka kłykciowego żuchwy długość od 6mm do 12mm, czysty tytan.  
Śruba korowa samogwintująca awaryjna do protezy wyrostka kłykciowego żuchwy długość od 6mm do 12mm, czysty tytan.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
33130000
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**
- 4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**
- 5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

III.1) **WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:

Pakiet Nr 1 – 14 669,00 PLN.

Pakiet Nr 2 – 1 562,00 PLN.

Pakiet Nr 3 - 3 404,00 PLN.

Pakiet Nr 4 – 1 791,00 PLN.

Pakiet Nr 5 – 3 671,00 PLN.

Pakiet Nr 6 – 2 662,00 PLN.

Pakiet Nr 7 – 10 633,00 PLN.

Pakiet Nr 8 – 1 476,00 PLN.

Pakiet Nr 9 – 1 761,00 PLN.

Pakiet Nr 10 – 18,00 PLN.

Pakiet Nr 11 – 981,00 PLN.

III.1.2) **Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie**

III.1.4) **Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia**

Nie

III.2) **WARUNKI UDZIAŁU**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia powyższy warunek oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 14 do SIWZ (oryginał);

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie;

c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy podmiotów zbiorowych)

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia powyższego warunku, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 dostawy preparatów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż oferowana wartość z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) (wzór załącznik nr 15 do SIWZ).

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

III.2.3) **Zdolność techniczna**

III.2.4) **Zamówienia zastrzeżone**

III.3) **SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**

III.3.1) **Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi**

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

IV.2.2) **Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna**

Nie

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą**

ZP-11-024UN

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

Nie

IV.3.3) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

23.5.2011 - 10:00

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 23.5.2011 - 10:30

Miejsce

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM. 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24,  
budynek administracji - dyrekcji.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

VI.1) **JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ**

Nie

VI.2) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  
WSPÓLNOTOWYCH**

Nie

VI.3) **INFORMACJE DODATKOWE**

VI.4) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

VI.4.2) **Składanie odwołań**

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.5) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

11.4.2011