

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych łóżek medycznych [Nr sprawy : ZP-11-029BN](#)**

**W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następujących odpowiedzi :**

**PYT.1** Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka wyposażonego w akumulator, Zamawiający oczekuje rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych? Takie rozwiązanie wydatnie podnosi poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach szokowych. ?

**Odp. : Wszystkie oczekiwania i wymogi Zamawiający określił w SIWZ.**

**PYT.2** Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn prostokątnych, gwarantujących wyższą stabilność leża niż kolumny cylindryczne, równie łatwe do utrzymania czystości, jak kolumny cylindryczne? Pragniemy w tym miejscu poinformować, iż w łóżkach o konstrukcji z zastosowaniem kolumn cylindrycznych prześwit pod łóżkiem jest zredukowany do ok. 3 cm pod kolumną, która jest najbardziej zewnętrznym elementem podstawy łóżka i może zostać łatwo uszkodzona przy progach i przejazdach przez nierówności. **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ.**

**PYT.3** Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie funkcjami elektrycznymi odbywa się jedynie przy pomocy obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego paneli centralnych z funkcjami selektywnej blokady oraz od strony wewnętrznej dla pacjenta (ograniczone funkcje), z przyciskami wodoodpornymi, membranowymi? **Odp. : NIE.**

**PYT.4** Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 433-821 mm?

**PYT.5** Czy Zamawiający może doprecyzować, czy poprzez pozycję krzesła kardiologicznego, rozumie sekwencję ruchów łóżka polegającą na uniesieniu oparcia, jednoczesnym podniesieniu segmentu uda i automatycznym samodzielnym opuszczeniu segmentu podudzia, a następnie przechyleniu ramy to pozycji anty-Trendelenburga?

**Odp. : Wszystkie oczekiwania i wymogi Zamawiający określił w SIWZ.**

**PYT.6** Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w elektryczną funkcję pozycji szokowej bez elektrycznej funkcji CPR, gdyż już jest wyposażone w mechaniczną funkcję CPR jako najbardziej niezawodną w sytuacji wymagającej jej użycia? Funkcja szokowa jest dostępna po naciśnięciu jednego przycisku wyraźnie oznaczonego na żółto, w celu podwyższenia bezpieczeństwa funkcjonowania tej funkcji jest ona zasilana dodatkowo z osobno wbudowanego akumulatora, który obsługuje tylko tą funkcję. Po uruchomieniu funkcji pozycji szokowej łóżko rozpoczyna sekwencję ruchów poziomujących leże a następnie przechylenie leża do pozycji Trendelenburga.

**Odp. : Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

**PYT.7** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną funkcję egzaminacyjną, polegającą na wy poziomowaniu leża i obniżeniu go? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

**PYT.8** Czy Zamawiający dopuści (w odniesieniu do pkt. 21 opisu przedmiotu zamówienia) łóżko wyposażone w przycisk blokowania/odblokowania funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym): wysokości, segmentu oparcia pleców, segmentu oparcia nóg, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, poziomowania leża, pozycji krzesła kardiologicznego? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

**PYT.9** Czy Zamawiający dopuści odłączenie funkcji elektrycznych dostępnych tylko dla personelu med. po 60 s?

**Odp. : NIE.**

**PYT.10** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta? **Odp. : NIE.**

**PYT.11** Czy Zamawiający dopuści, by pomiary układu ważenia prezentowane były na jednym elektronicznym, czytelnym wyświetlaczu? **Odp. : NIE.**

**PYT.12** Czy Zamawiający dopuści system ważenia pacjenta bez możliwości archiwizacji? **Odp. : NIE.**

**PYT.13** Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze w pozycji horyzontalne oraz dla każdej pozycji leża i segmentów 220 kg? **Odp. : NIE.**

**PYT.14** Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z kolorowego laminatu (tworzywa wielowarstwowego) z anodyzowanymi, aluminiowymi narożnikami? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

**PYT.15** Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością blokowania i odblokowania kółek nie na wysokości ręki pacjenta? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

**PYT.16** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koszyk boczny (np. na basen), zamiast półki pod konstrukcją szafki? **Odp. : NIE**

**PYT.17** Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego szafki w zakresie 701 - 1110 mm? **Odp. : NIE**

**Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka zgodne z opisem zawartym w SIWZ.**