

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych** Nr sprawy : ZP-11-030BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pakiet Nr2

Pyt.1., poz.15 - Czy zamawiający nie popełnił omyłki opisując długość opatrunku? Czy zamawiający miał na myśli opatrunek o rozmiarach 10 cm x 10 m ? **Odp.: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę. Powinno być 10cm x 10m.**

Pyt.2. poz.7 - Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 1 m x 6 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości i zachowaniem wszystkich wymogów SIWZ ? **Odp.: Tak.**

Pyt.3. Poz. nr 12,13,14 - Czy Zamawiający oczekuje aby opatrunek posiadał niepyłące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie foliowo-foliowe, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania oraz zapewniające maksymalne środki bezpieczeństwa zapobiegające wystąpieniu zakażenia ? **Odp.: Zamawiający oczekuje opatrunku opisanego w SIWZ.**

Pyt.4 Poz. nr 5 - Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 15,2 cm x 9,10 m z odpowiednim przeliczeniem ilości i zachowaniem wszystkich wymogów SIWZ ? **Odp.: TAK.**

Pyt.5. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 20 i 21 wymaga folii bakteriobójczych zawierających jodofor ? **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

Pyt.6. Poz. nr 5 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „umożliwiający użycie bez nożyczek”? **Odp.: NIE.**

Pyt.7. Poz. nr 8 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 8,5 x 2,5cm? **Odp.: TAK**

Pyt.8. Poz. nr 15 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 10 x 12cm? **Odp.: TAK**

Pyt.9. Poz. nr 16 - Czy Zamawiający dopuści okład w rozmiarze 10 x 12cm? **Odp.: TAK**

Pyt.10. Poz. nr 16 - Czy Zamawiający dopuści okład w rozmiarze 7,5 x 13 lub 13 x 14cm? **Odp.: NIE**

Pyt.11. Poz. nr 17 - Czy Zamawiający dopuści okład w rozmiarze 12 x 29cm? **Odp.: NIE**

Pyt.12. Poz. nr 18 - Czy Zamawiający dopuści okład w rozmiarze 21 x38cm? **Odp.: NIE**

Pyt.13. Poz. nr 19-21 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? **Odp.: NIE**

Pyt.14. Poz. nr 20 - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarach 40x35 (cz.Lepna), 40x42 (cz.Całkowita)? **Odp.: NIE**

Pyt.15. Poz. nr 21 - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarach 56x77 (cz.Lepna), 56x84 (cz.Całkowita)? **Odp.: NIE**

Pakiet Nr3

Pyt.16. Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści gazę w rozmiarze 7,5 x10? **Odp.: TAK.**

Pyt.17. Poz. nr 10 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? **Odp.: TAK. Zamawiający tworzy PAKIET Nr 4 i w związku z tym zmienia ogłoszenie, SIWZ, oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Pyt.18. Poz. nr 3 i 4 - Czy Zamawiający dopuści środek hemostatyczny z utlenionej regenerowanej celulozy na nośniku gazowym o gramaturze, gęstości 240g/cm² czyli o 100g/cm² grubszy od wersji podstawowej ww. hemostatyku? **Odp.: Tak, pod warunkiem że oferowany opatrunek będzie powodował hemostazę w ciągu 1-5 min.**

Pyt.19. Poz. nr 10 - Czy Zamawiający dopuści środek hemostatyczny otrzymany z utlenionej regenerowanej celulozy na nośniku gazowym w postaci żelu wg wymagania. Środek w strzykawce o pojemności 3ml, z podłużnym aplikatorem/końcówką o dł. 32cm / nakładaną na końcówkę strzykawki, który ułatwia użycie do części jamistych ciała? **Odp.: TAK.**

Pyt.20. Poz. nr 10 - Czy Zamawiający dopuści środek hemostatyczny otrzymany z żelatyny wieprzowej w postaci pudru do posypywania (pojemność g), środek w pojemniku karbowanym ułatwiającym aplikację, z podłużnym aplikatorem/końcówką o dł. 4cm, który ułatwia użycie do części jamistych ciała? **Odp.: NIE, wymagana jest postać żelu.**

Pyt.21 Poz. nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gazy hemostatycznej w rozmiarze 2,6x 2,6cm? Pozostałe parametry produktu zgodnie z SIWZ. **Odp.: TAK.**

Pyt.22 Poz. nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,5x 10cm? Pozostałe parametry produktu zgodnie z SIWZ. **Odp.: TAK.**

Pyt.23 Poz. nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,6x 10,2cm? Pozostałe parametry produktu zgodnie z SIWZ. **Odp.: TAK.**

Pyt.24 Poz. nr 5 - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej wyrazi zgodę na zaferowanie gazy hemostatycznej w rozmiarze 2,5x 5cm? Zgodnie z wiedzą wykonawcy, żaden dystrybutor hemostatyków w Polsce nie ma w swojej ofercie gazy hemostatycznej w postaci warstwowo ułożonej włókniny w rozmiarze, który wymaga obecnie Zamawiający. **Odp.: TAK.**

Pyt.25 Poz. nr 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gąbki żelatynowej w rozmiarze 8x5x0,1cm? Pozostałe parametry produktu zgodnie z SIWZ. **Odp.: NIE.**

Pyt.26 Poz. nr 10 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyłączy z Pakietu Nr 3 pozycję 10 (macierz hemostatyczna) do osobnego pakietu?.

Odp.: Tak jak odp. w pyt. Nr 14

PROJEKT UMOWY

Pyt.27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację §1 pkt.5 projektu umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępianiem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy? **Odp.: NIE, zgodnie z SIWZ.**

Korekty SIWZ w związku z utworzeniem Pakietu Nr 4 :

Rozdział II – dodaje się : **Pakiet 4 – Macierz hemostatyczna**

Rozdział IX (wadium) – dodaje się : **PAKIET Nr 4 – 68,00 zł**

Załącznik Nr 3 do SIWZ – **wykreśla się poz. nr 10.**

Numeracja załączników do SIWZ począwszy od załącznika nr 4 zmienia numer o jeden wwyż (np. dotychczasowy załącznik Nr 4 po zmianie ma numer 5) wg poniższej tabeli :

Aktualny termin składania ofert : 30 maj 2011r godz.10:00 Otwarcie – godz.10:30

Załączniki do SIWZ :

1	Opis przedmiotu zamówienia - materiały opatrunkowe	Załączniki nr 1- 4
2	Formularz „OFERTA”	Załącznik nr 5
3	Formularz - oświadczenie art.22	Załącznik nr 6
4	Formularz - oświadczenie art.24	Załącznik nr 7
5	Formularz - wykaz dostaw	Załącznik nr 8
6	Projekt umowy	Załącznik nr 9

**Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**

Załącznik nr 5

Miejscowość dnia

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

Siedziba

REGON NIP

Tel. Fax

Internet e-mail

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym Tel

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej:

PAKIET Nr 1

za cenę bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 2

za cenę bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 3

za cenę bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 4

za cenę bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

- 3) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 4) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- 5) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 6) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 7) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 9) Ofertę niniejszą składałam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 10) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

_____ dnia __ __ 2011 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Pakiet Nr 4 - Macierz hemostatyczna

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

L.p	Nazwa asortymentu	Rozmiar i sposób pakowania, wielkość opakowań jednostkowych	Zamawiana ilość opakowań jednostkowych	Cena jednostk. opakowania netto	Vat %	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Macierz hemostatyczna w postaci płynnej, składająca się ze zwilżonej, wchłanianej żelatyny wieprzowej w proszku, dostarczana z białą końcówką o dł. 14,3cm		5 szt						
	RAZEM								

Wymagane próbki : 1 szt

.....

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

