

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dializatorów z błoną polisulfonową Nr sprawy : ZP-11-043BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści dializatory sterylizowane promieniami gamma? (pozostałe parametry bez zmian) **Odp.: TAK.**

Pyt.2. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych z błoną syntetyczną polieterosulfonową o powierzchni 1,7m² sterylizowane promieniami gamma?

Pyt.3. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych z błoną syntetyczną polieterosulfonową o powierzchni 1,9m² sterylizowane promieniami gamma?

Pyt.4 Czy Zamawiający kierując się prawem o uczciwości i zachowaniu prawa konkurencji wyraża zgodę i dopuszcza dializatory z błoną polisulfonową o rozmiarze 1,62m² lub 2,0m² sterylizowane promieniami gamma?

Odp na pyt.2 ,3 i 4.: Zamawiający dopuszcza sposób sterylizacji. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dializatorów o powierzchni od 1,7m² do 1,9m². Na zaoferowanie dializatorów o innych rozmiarach Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia powyższych odpowiedzi w przygotowywanych ofertach zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert wyznacza się na dzień 31 maja godz.12:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15

*upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*