

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę sprzętu do badań angiograficznych**
Nr sprawy : **ZP-11-045BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1

W zadaniu nr 1 cewniki do angiografii, Zamawiający wymaga próbki Sidevinder 5F 110 cm, czy w tym zadaniu dopuszcza się cewniki o wszystkich wymienionych parametrach i długości 100cm dla tego kształtu?

Odp. Zamawiający dopuszcza cewniki o długościach opisanych w SIWZ, tj. od 50-110cm czyli także 100cm. Pytający sugeruje tylko jedną długość tj. 100 cm, co nie jest zgodne z SIWZ i taka oferta zostanie odrzucona. Zamawiający żąda różnych długości w tym pakiecie.

Pytanie 2

Czy w zadaniu nr 2Introduktor z zastawką silikonową Zamawiający dopuszcza również introduktory o średnicach 4F-11F, pozostałe parametry techniczne bez zmian?

Odp. Rozmiar 4 zostanie dopuszczony, lecz rozmiar 12 jest także wymagany.

Pytanie 3

Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający dopuszcza również łączniki o długości 75 cm, pozostałe parametry techniczne bez zmian?

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza łączniki o długościach opisanych w SIWZ, tj. od 25-90cm czyli także 75 cm. Pytający sugeruje tylko jedną długość tj. 75 cm, co nie jest zgodne z SIWZ i taka oferta zostanie odrzucona. Zamawiający żąda różnych długości w tym pakiecie.

Pytanie 4 -

Czy w zadaniu nr 12 Zamawiający dopuszcza introduktor w rozmiarze 6-11F

Odp. Rozmiar 11 zostanie dopuszczony, lecz rozmiar 12 jest także wymagany.

upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek