

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych [Nr sprawy : ZP-11-047BN](#)

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następujących odpowiedzi :

PYT.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy §4 ust 3 na „Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. **Jeżeli naprawa przekroczy 2 dni Wykonawca zainstaluje aparat zastępczy” Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy §4 ust 5 na „W przypadku gdy liczba napraw gwarancyjnych **tego samego elementu** urządzenia przekroczy 3 – Wykonawca...”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

PYT.3 Umowa §4 ust 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „Przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez w ilości określonej w dokumentacji technicznej. Czynności konserwujące będą wykonywane przez Zamawiającego zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej – instrukcji obsługi”?

Uzasadnienie: Codzienne, tygodniowe oraz miesięczne czynności konserwujące standardowo wykonywane są przez użytkowników analizatorów zgodnie z instrukcją producenta. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

PYT.4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar w §5 ust.1 do 1% oraz czy wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu :”jednak nie więcej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia „? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

PAKIET NR 1

PYT.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu o wadze 16,8 kg? **Odp. NIE**

PYT.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu o wydajności 12-300 preparatów na godzinę? **Odp. NIE**

PAKIET NR 2

PYT.7 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kołowym rejestratorem temperatury? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

PYT.8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie , w którym 3 drzwiczki wewnętrzne dzielą komorę zamrażarki na 4 sekcje? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

PYT.9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 484 litry? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

PAKIET NR 3

PYT.7 Proszę o informację czy nie popełniono błędu? Zamrażarki o zakresie temp. do – 40⁰C nie są robione z drzwiami przeszklonymi. Czy nie pomyłono albo zakres temp. albo wymóg drzwi przeszklonych? **Odp. Zamawiający popełnił błąd dot. zakresu temperatury i niniejszym koryguje go. Powinno być : +1⁰C do +10⁰C**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**