

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych łóżek medycznych [Nr sprawy : ZP-11-051BN](#)**

**W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następujących odpowiedzi :**

- PYT.1** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 108cm, zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych barierkach bocznych?  **Odp. TAK, dopuszcza się szer. od 105cm do 108cm.**
- PYT.2** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sygnalizacji diodowej o podłączeniu do sieci?  **Odp. TAK**
- PYT.3** Czy Zamawiający dopuści łóżko którego leże posiada cztery punkty podparcia?  **Odp. TAK**
- PYT.4** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzia w zakresie 0-30°?  **Odp. TAK**
- PYT.5** Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem?  **Odp. TAK**
- PYT.6** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pozycjonera kasety RTG?  **Odp. TAK**
- PYT.7** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 430-810mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?  **Odp. TAK**
- PYT.8** Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością programowania poszczególnych funkcji elektrycznych na panelu centralnym?  **Odp. TAK**
- PYT.9** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych tylko za pomocą panelu centralnego umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta oraz pilota przewodowego dostępnego zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego?  **Odp. TAK**
- PYT.10** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach?  **Odp. TAK**
- PYT.11** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa STOP?  **Odp. TAK**
- PYT.12** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu dźwiękowego opuszczenia łóżka przez pacjenta?  **Odp. TAK**
- PYT.13** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wagę najazdową o parametrach równoważnych?  **Odp. NIE**
- PYT.14** Czy Zamawiający wymaga aby łóżko wyposażone w wagę o wysokiej precyzyjności pomiarów posiadało wagę legalizowaną?  **Odp. Wymogi dot. łóżka określono w SIWZ.**
- PYT.15** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu informującego o odblokowaniu podstawy w przypadku podłączenia do sieci?  **Odp. TAK. Sformułowanie odblokowanie podstawy w przypadku podłączenia do sieci zostaje wycofane z opisu przedmiotu zamówienia.**
- PYT.16** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, jednoczęściowymi, składanymi wzdłuż ramy leża, o dł. 75% długości leża?  **Odp. TAK**
- PYT.17** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi nie wspomaganymi sprężyną gazową?  **Odp. TAK**
- PYT.18** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi cięższymi niż 5kg?  **Odp. TAK**
- PYT.19** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z elementami łączonymi, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?  **Odp. TAK**
- PYT.20** Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 175kg co jest parametrem zgodnym z wymogami stawianymi przez dyrektywy europejskie?  **Odp. TAK**
- PYT.21** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materace o właściwościach równoważnych ?  **Odp. TAK**
- PYT.22** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z indywidualną blokadą kół, co nie wpływa na funkcjonalność szafki?  **Odp. TAK**
- PYT.23** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości co 41cm powyżej poziomu leża pacjenta, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  **Odp. TAK**
- PYT.24** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej półki na basen? Uchwyt na basen może być częścią składową łóżka.  **Odp. TAK**
- PYT.25** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową nie wyposażoną w zamek na klucz?  **Odp. TAK**
- PYT.26** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 760-1110mm?  **Odp. TAK**
- PYT.27** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 4 tygodni od daty zawarcia umowy do 10 tygodni? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?  **Odp. NIE**

- PYT.28** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należytem wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z 5% na 0,2% wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia, nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? **Odp. NIE**
- PYT.29** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2280 mm z możliwością przedłużenia o 200 mm ? **Odp. TAK**
- PYT.30** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości zewnętrznej przy całkowicie podniesionych barierkach 970 mm, natomiast przy całkowicie opuszczonych barierkach 1020 mm ? **Odp. NIE**
- PYT.31** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego zasilanie wynosi 230 V, 50Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci ? **Odp. TAK**
- PYT.32** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szczyt łóżka od strony głowy porusza się wraz z leżem ? **Odp. TAK**
- PYT.33** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z centralnym panelem sterującym umieszczonym na płasko w wysuwanej półce na pościel ? **Odp. TAK**
- PYT.34** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 450 - 850 mm ? **Odp. TAK**
- PYT.35** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w podwójny system ważenia odnotowujący całkowitą wagę pacjenta i jej zmianę na jednym wyświetlaczu elektronicznym? Rozwiązanie to nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka. Wyświetlane wskazania są wyraźne i czytelne dla personelu obsługującego. **Odp. TAK**
- PYT.36** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada system ważenia nie wyposażony w możliwość archiwizacji? **Odp. TAK**
- PYT.37** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z panelem sterowniczym wyposażonym w przycisk, który realizuje natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych za wyjątkiem funkcji ratunkowych? **Odp. TAK**
- PYT.38** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi umieszczonymi do wysokości 370 mm ponad leżem łóżka ? **Odp. TAK**
- PYT.39** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie wyposażony w alarm informujący o odblokowaniu podstawy w przypadku podłączenia do sieci ? **Odp. TAK**
- PYT.40** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową opisaną poniżej ?  
Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. Blaty wykonane z tworzywa ABS, profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość wylewania się płynów na podłogę. Dwoje drzwiczek i zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne szuflady, pozwalające w prosty sposób ustawić żądany kierunek jej wysuwu, umożliwiają dostawianie szafki z prawej lub z lewej strony łóżka. Szuflada posiada blokadę zabezpieczającą przed wypadnięciem. Skrzynka szafki wyposażona jest w jedną półkę. Szafka posiada dodatkowy blat boczny z regulacją wysokości i kąta nachylenia, dodatkowy kosz np. na butelki, mocowany na ścianie bocznej. Szafka przejezdna, z blokadą dwóch kół, wykonanych z tworzywa. W całości odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.
- DANE TECHNICZNE:  
Długość x szerokość: 510 x 390 mm  
Wysokość blatu stałego: 860 mm  
Regulacja wysokości blatu bocznego: 760 do 1060 mm  
Przechył blatu: ±30°

**Odp. TAK**

**PYT.41** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie 450 mm do 850 mm? **Odp. TAK**

**PYT.42** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w **pojedynczy** precyzyjny układ ważenia odnotowujący stan absolutny (całkowitą wagę pacjenta) oraz różnice zmian wagi- przedstawiony na **jednym** elektronicznym wyświetlaczu? **Odp. TAK**

**PYT.43** Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka, **nie** posiadające alarmu informującego o odblokowaniu podstawy w przypadku podłączenia do sieci? **Odp. TAK**

**PYT.44** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 36 cm? **Odp. TAK**

**PYT.45** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez systemu blokowania i odblokowywania wszystkich czterech kółek na wysokości ręki leżącego pacjenta? **Odp. TAK**

**PYT.46** Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym (diodowym) wskaźnikiem naładowania baterii, zamiast z diodową sygnalizacją o podłączeniu do sieci? **Odp. TAK**

**PYT.47** Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn prostopadłościennych, gwarantujących wysoką stabilność leża, łatwych do utrzymania w czystości? **Odp. TAK**

**PYT.48** Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka za pomocą paneli obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami

selektywnej blokady oraz paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta? Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. **Odp. TAK**

**PYT.49** Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 433-821 mm? **Odp. TAK**

**PYT.50** Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w elektryczną funkcję pozycji szokowej bez elektrycznej funkcji CPR, gdyż już jest wyposażone w mechaniczną funkcję CPR? Funkcja szokowa jest dostępna po naciśnięciu jednego przycisku wyraźnie oznaczonego na żółto, w celu podwyższenia bezpieczeństwa funkcjonowania tej funkcji jest ona zasilana dodatkowo z osobno wbudowanego akumulatora, który obsługuje tylko tą funkcję. Po uruchomieniu funkcji pozycji szokowej łóżko rozpoczyna sekwencję ruchów poziomujących leże a następnie przechylenie leża do pozycji Trendelenburga. **Odp. TAK**

**PYT.51** Czy Zamawiający dopuści elektryczną pozycje egzaminacyjną polegającą na wypoziomowaniu wszystkich segmentów i obniżeniu łóżka do pozycji najniższej? **Odp. TAK**

**PYT.52** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w przycisk blokowania/odblokowania funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym): wysokości, segmentu oparcia pleców, segmentu oparcia nóg, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, poziomowania leża, pozycji krzesła kardiologicznego? **Odp. TAK**

**PYT.53** Czy Zamawiający dopuści odłączenie funkcji elektrycznych dostępnych tylko dla personelu medycznego po 60 s? **Odp. TAK**

**PYT.54** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta? **Odp. TAK**

**PYT.55** Czy Zamawiający dopuści, by pomiary układu ważenia prezentowane były na jednym elektronicznym, czytelnym wyświetlaczu? **Odp. TAK**

**PYT.56** Czy Zamawiający dopuści system ważenia pacjenta bez możliwości archiwizacji? **Odp. TAK**

**PYT.57** Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze w pozycji horyzontalnej oraz dla każdej pozycji leża i segmentów 220 kg? **Odp. TAK**

**PYT.58** Czy Zamawiający dopuści materac dynamiczny, utrzymujący stały niski poziom ciśnienia na całej powierzchni, wyposażony w unikalny system, który nieprzerwanie monitoruje zmiany ułożenia pacjenta (jego ruchy) i automatycznie dostosowuje poziom ciśnienia w komorach, tym samym zapewniając najniższy optymalny poziom napompowania materaca, nieutwardzony na krawędziach? **Odp. TAK**

**PYT.59** Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z kolorowego laminatu (tworzywa wielowarstwowego) z anodyzowanymi, aluminiowymi narożnikami? **Odp. TAK**

**PYT.60** Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością blokowania i odblokowania kótek nie na wysokości ręki pacjenta? **Odp. TAK**

**PYT.61** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koszyk boczny (np. na basen), zamiast półki pod konstrukcją szafki? **Odp. NIE**

**PYT.62** Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego szafki w zakresie 701 - 1110 mm? **Odp. NIE**

**PYT.63** Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 75 dni od daty podpisania umowy? **Odp. NIE**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM**  
**Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy**  
**mgr Ewa Mołek**