

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego dla bloków operacyjnych**. Nr sprawy : ZP-11-063UN.

**W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:**

### **Dotyczy Pakietu nr 2.**

#### **Pytanie nr 1) Poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie siatek odpowiednio w rozmiarach:

- 60 x 110mm
- 75x150mm lub 90x130mm
- 150x150mm lub 150x300mm
- 300x300mm?

***Odp. Zamawiający dopuszcza siatki przepuklinowe o rozmiarze 60x110mm; 90x130mm; 150x150mm. Zamawiający nie dopuszcza siatek przepuklinowych o rozmiarze: 75x150mm; 150x300mm; 300x300mm.***

### **Dotyczy Pakietu nr 11.**

#### **Pytanie nr 2) Poz. 1**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie drenów brzusznych o dł. 50cm? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

#### **Pytanie nr 3) Poz. 2**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie drenów brzusznych o dł. 50cm? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

### **Dotyczy Pakietu nr 18.**

#### **Pytanie nr 4) Poz. 1,**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie drenów Redon z trokarem, o dł. perforacji 150mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

#### **Pytanie nr 5) Poz. 2,**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie drenów Redon z trokarem, o dł. perforacji 150mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

#### **Pytanie nr 6) Poz. 3**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie zestawu niskociśnieniowego do drenażu ran o pojemności 250ml z 1 drenem Redona, oraz łącznikiem umożliwiającym podłączenie 1 drenu? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

#### **Pytanie nr 7) Poz. 4**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie zestawu niskociśnieniowego do drenażu ran o pojemności 500ml z 2 drenami Redona, oraz łącznikiem umożliwiającym podłączenie 2 drenów? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

#### **Pytanie nr 8) Poz. 5**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie mieszka o pojemności 500ml? ***Odp. Tak.***

#### **Pytanie nr 9) Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z jednym drenem Ulmera z trokarem. ***Odp. Dopuszcza.***

### **Dotyczy Pakietu nr 17**

#### **Pytanie nr 10) Poz. 1 i poz. 2**

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów z precyzyjnym regulatorem przepływu, z zaciskiem kłamrowym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? ***Odp. Tak.***

#### **Pytanie nr 11)**

Czy Zamawiający zgodzi się na podział pakietu na dwie części, co umożliwi uczestnictwo w przetargu większej grupie oferentów, co zwiększy konkurencyjność oferty? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział przedmiotu zamówienia – SIWZ Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia.***

#### **Pytanie nr 12) Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 2 zestawy z przezroczystym drenem stosowane dotychczas w szpitalu? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

### **Pytania dotyczą Projektu Umowy**

**Pytanie nr 13)** Czy w celu miarkowania wysokości kar umownych Zamawiający doda w § 4 ust. 1 zdanie: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia oraz obniży kary z 5% na 2% oraz w zakresie zapisów § 4 ust. 2 i wprowadzi, jako obowiązujące kary umowne liczone od wartości niezrealizowanej części umowy. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.***

**Pytanie nr 14)** Czy w celu umożliwienia Wykonawcy skorzystania z prawa do rozpatrzenia reklamacji, Zamawiający zmieni zapis na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w towarze, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 5 dni roboczych. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie bądź jej uznanie skutkuje obowiązkiem wymiany towaru przez Wykonawcę w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia bądź upływu terminu do jej rozpatrzenia.” ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.***

**Pytanie nr 15)** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „ Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.***

*Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek*