

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę narzędzi chirurgicznych*  
Nr sprawy : ZP-11-064BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Pytanie 1: poz.1  
Prosimy o dopuszczenie pincety o szer. szczęk 2,8mm  
*Odp. Zamawiający dopuszcza.*
2. Pytanie 2: poz.3  
Prosimy o dopuszczenie pincety chirurgicznej , delikatnej, wąskiej typu Semken o dł. 150mm.  
*Odp. Zgodnie z SIWZ.*
3. Pytanie 3: poz.4  
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 150mm. pozostałe wymagania bez zmian  
*Odp. Zgodnie z SIWZ.*
4. Pytanie 4: poz.7  
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 300mm. pozostałe wymagania bez zmian  
*Odp. Zamawiający dopuszcza*
5. Pytanie 5: poz.8  
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 140mm. z twardą wkładką do igieł 0,3mm.  
*Odp. Zamawiający dopuszcza*
6. Pytanie 6: poz.9  
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 170mm. z twardą wkładką do igieł 0,3mm  
*Odp. Zamawiający dopuszcza*
7. Pytanie 7: poz.10  
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 180mm.  
*Odp. Zamawiający dopuszcza*
8. Pytanie 8: poz.11  
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 160mm.  
*Odp. Zamawiający dopuszcza*
9. Pytanie 9: poz.13  
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 170mm.  
*Odp. Zgodnie z SIWZ.*
10. Pytanie 10: poz.14  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150mm.  
*Odp. Zamawiający dopuszcza*
11. Pytanie 11: poz.17  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 180mm.  
*Odp. Zamawiający dopuszcza*

12. **Pytanie 12:** poz.18  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 230mm.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
13. **Pytanie 13:** poz.19  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 225mm.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
14. **Pytanie 14:** poz.35  
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 16cm, pozostałe wymagane parametry bez zmian.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
15. **Pytanie 15:** poz.37  
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 200mm.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
16. **Pytanie 16:** poz.37  
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 215 mm względnie 225 mm.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
17. **Pytanie 17:** pakiet nr 1 poz.nr 1  
Prosimy o dopuszczenie do przetargu pincety anatomicznej z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey długość 200mm 8' szczęka 3,5 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
18. **Pytanie 18:** pakiet nr 1 poz.nr 11  
Prosimy o dopuszczenie do przetargu imadła chirurgicznego typ Mayo- Hegar szczęki z kanałkiem, medium nacięcia na szczękach krzyżowe 0,5mm długość 160mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
19. **Pytanie 19:** pakiet nr 1 poz.nr 14  
Prosimy o dopuszczenie do przetargu nożyczek preparacyjnych typ MAYO- STILLE zakrzywione długość 150 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
20. **Pytanie 20:** pakiet nr 1 poz.nr 18  
Prosimy o dopuszczenie do przetargu nożyczek naczyniowych z twardą wkładką typ De Bakey długość 230 mm 8 3/4 odgięte pod kątem 60 stopni ucha nożyczek złożone?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
21. **Pytanie 21:** pakiet nr 1 poz.nr 24  
Prosimy o dopuszczenie do przetargu pincety automatycznej delikatnej z twardą wkładką wąska pyszczki szpiczaste długość 210 mm 9' pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
22. **Pytanie 22** pakiet nr 1 poz.nr 36  
Prosimy o dopuszczenie do przetargu kleszczyków naczyniowych łukowato wygiętych z uzębieniem atraumatycznym typ Lentz długość 195mm 8' pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
23. **Pytanie 23:** poz.20  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek typu Potts- Smith, zakrzywionych pod kątem 450° o dł. 190mm. będących odpowiednikiem nożyczek wymaganych przez Zamawiającego. ( fotografia w załączeniu)
24. **Pytanie 24:** poz.21  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek typu Potts- Smith, zakrzywionych pod kątem 60° o dł. 190mm. będących odpowiednikiem nożyczek wymaganych przez Zamawiającego ( fotografia w załączeniu)
- Pytanie 25:** poz.24  
Prosimy o dopuszczenie pęsety typu Potts- Smith, o dł. 23cm. ( fotografia w załączeniu)

25. **Pytanie 26: poz.26**  
**Prosimy o dopuszczenie zacisku odgiętego po łuku o dł. szczęk 14,5 mm( fotografia w załączeniu)**
26. **Pytanie 27: poz.27**  
**Prosimy o dopuszczenie zacisku prostego o dł. szczęk 14,5 mm. ( fotografia w załączeniu)**
27. **Pytanie 28: poz.28**  
**Prosimy o dopuszczenie zacisku prostego o dł. szczęk 13 mm. i dł. całkowitej 40mm( fotografia w załączeniu)**
28. **Pytanie 29: poz.30**  
**Prosimy o dopuszczenie zacisku odgiętego po łuku o dł. całkowitej 85 mm ( fotografia w załączeniu)**
29. **Pytanie 30: poz.31**  
**Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 120mm, długość branży pracującej 40 mm ( fotografia w załączeniu)**
30. **Pytanie 31: poz.32**  
**Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 130mm, długość branży pracującej 35 mm ( fotografia w załączeniu)**
31. **Pytanie 32: poz.36**  
**Prosimy o dopuszczenie kleszczyków naczyniowych typu Lambert- Kay z uzębieniem atraumatycznym o dł. 210 mm, długość rozwarcia branży 40 mm( fotografia w załączeniu)**

**Odp. Pyt. nr 23-32 Zamawiający ze względów formalnych- sprzeczność z wymogami ustawy Pzp, nie może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Ze względu na dołączone fotografie, pytania mają znamiona oferty.**

**upoważnienia DYREKTORA SPSKM  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek**