

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę różnego sprzętu medycznego.**  
**Nr sprawy :** ZP-11-069UN.

**W związku z pytaniami Wykonawców, które cytują poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :**

**Pytanie 1)** Czy Zamawiający w pozycji 1 **pakietu nr 12** dopuści złożenie oferty na pętle o średnicy 35 mm, pozostałe parametry bez zmian. ***Odp. Zamawiający dopuszcza pętle o średnicy od 30mm do 35mm. Pozostałe parametry zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i z SIWZ.***

**Pytanie 2)** Czy Zamawiający w **pakiecie nr 12** pozycji 1 dopuści do postępowania pętle o długości 250 mm, średnica 30mm, osłonki. ***Odp. Zamawiający dopuszcza pętle o długości od 2300mm do 2500mm. Pozostałe parametry zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i z SIWZ.***

**Pytanie 3)** Czy Zamawiający w **pakiecie nr 12** pozycji 2 dopuści do postępowania kleszcze wielokrotnego użytku o dług. 241mm. ***Odp. Zamawiający dopuszcza kleszcze wielokrotnego użytku o długości od 2300mm do 2410mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 4) Pakiet 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem typu Pencil Point z prowadnicą w rozmiarze 27G i długości 103mm? ***Odp. Tak.***

**Pytanie 5) Pakiet 6, pozycja 8**

Prosimy o podanie przez Zamawiającego z jakim szlifem mają być igły do znieczuleń i splotów nerwowych tj. czy ze szlifem 30° typ A, czy ze szlifem 15° typ D. ***Odp. Tak.***

**Pytanie 6) Pakiet 11, pozycja 1**

W celu prawidłowej wyceny, dokładniejszej identyfikacji asortymentu i późniejszej terminowej realizacji umowy zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego:

a) jaką wymaga długość tłoczka protezki: czy ma to być długość 2 mm typ IIC, czy długość 3,5 mm typ IIIB,  
b) jaką wymaga dokładną długość elementu platynowego, która zmienia się co 0,5 mm tj: czy ma to być 4,5-5,0 lub 5,0-5,5 albo 5,5-6,0 lub 6,0-6,5 albo 6,5-,7,0. ***Odp. Punkt a) Zamawiający wymaga obu typów protezek, Punkt b) Zamawiający wymaga wszystkich rodzajów elementu platynowego zmieniających się co 0,5mm.***

**Pytanie 7) Dotyczy pakietu nr 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek tracheostomijnych wykonanych z wysokiej jakości PCV, miękniącego w temperaturze ciała z cylindrycznym mankietem niskociśnieniowym chroniącym wrażliwe tkanki lub bez mankieta w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z ruchomym, miękkim kołnierzem dopasowującym się do anatomii, w rozmiarach 6,8 i 10

Rurki wyposażone są w:

-Kaniulę wewnętrzną z integralnym złączem bagnetowym 15 mm, umożliwiającym podłączenie dodatkowego wyposażenia, przezroczystą dla ułatwienia oceny wzrokowej.

-Kaniulę wewnętrzną z otworami fenestracyjnymi, zielonym złączem 15 mm i białą nasadką 15 mm.

-Obturator o gładkim, zaokrąglonym zakończeniu dla ułatwienia wprowadzania.

-Zatyczkę dekaniulacyjną podłączoną do kaniuli zewnętrznej celem umożliwienia oddychania poprzez górne drogi oddechowe.

-Tasiemkę bawełnianą *Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie 8)** Dotyczy **wzoru umowy** § 3, pkt 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy: W § 3, pkt 5 prosimy zmienić na: „Zmiana ceny określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie uzgodnień między stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, opłat celnych lub cen urzędowych, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto umowy, natomiast wartość netto zaoferowanego asortymentu pozostanie bez zmian” *Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 9)** Dotyczy **wzoru umowy** § 4, pkt 1: Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy: W § 4, pkt 1 prosimy zmienić na: „W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego towaru w terminie określonym w § 2 pkt 7 a i b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy. *Odp. Zamawiający zmienia treść zapisu w Załączniku nr 17 – Umowa – Projekt w § 4 w taki sposób, że dodaje pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1.*

**Pytanie 10)** Dotyczy **wzoru umowy** § 1 ust. 5 w powiązaniu z § 6 ust. 4

Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstępstwa od umowy? *Odp. Zamawiający na tym etapie postępowania nie może określić rzeczywistych potrzeb przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym.*

**Pytanie 11)** Dotyczy **wzoru umowy** § 2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw, chyba, że zaistnieją przyczyny o charakterze siły wyższej”. *Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 12)** Dotyczy **wzoru umowy** § 2 ust. 7 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków ilościowych w terminie 72 godzin w dni robocze? *Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 13)** Dotyczy **wzoru umowy** § 2 ust. 7 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 72 godzin od chwili dostarczenia wadliwego asortymentu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Wykonawca pomimo uznania reklamacji za zasadną nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.” *Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 14)** Dotyczy **wzoru umowy** § 4 ust. 1 oraz ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%? *Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 15)** Dotyczy **wzoru umowy** § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o ile trwała powyżej 5 dni roboczych poza termin wskazany w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie możliwość zrealizowania dostawy u innego sprzedawcy i żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy kosztów pomiędzy ceną ofertową a ceną zakupu” *Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 16)** Dotyczy **wzoru umowy** § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony dopuszczają zmiany umowy – o ile zmiany te nie spowodują zmiany rodzaju dostarczonego produktu (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ), ceny jednostkowej netto oraz wartości umowy netto, (...)" ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 17)** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? ***Odp. Wobec Zamawiającego nie wszczęto likwidacji i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.***

**Pytanie 18)** Dotyczy **wzoru umowy § 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień". ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 19)** Dotyczy **wzoru umowy** Paragraf 2 ust. 7 lit. a-b

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„Wykonawca zobowiązuje się:

- a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 72 godzin
- b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 72 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;" ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 20)** Dotyczy **wzoru umowy** Paragraf 4 ust.1

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego towaru w terminie określonym w § 2 pkt 7 a i b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki." ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 21)** Dotyczy **wzoru umowy** Paragraf 4 ust. 4

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„W przypadku nie dostarczenia zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach." ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 22)** Dotyczy **wzoru umowy** Paragraf 5 ust. 3

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia **w sytuacji zawinionych przez wykonawcę** i naliczyć karę umowną określoną w § 4 ust.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 ust.7a bądź § 2 ust.7b. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 23)** Dotyczy załącznika nr 12 do SIWZ – **pakiet nr 12 – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pętle wielokrotnego użytku do polipektomii o średnicy 25mm lub 35mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. ***Odp. Zamawiający dopuszcza pętle o średnicy od 30mm do 35mm. Pozostałe parametry zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i z SIWZ.***

**Pytanie 24)** Dotyczy **Pakietu nr 8** poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z początkową skalą 25ml-50ml-75ml-100ml reszta parametrów zgodnie z SIWZ? ***Odp. Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 25)** Dotyczy **Pakietu nr 8** poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka bez zaczepu do prześcieradła? ***Odp. Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 26)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być sterylny? ***Odp. Tak, sterylny.***

**Pytanie 27)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Czy Zamawiający oczekuje, aby wymiennik ciepła i wilgoci posiadał uniwersalny port tlenowy? ***Odp. Tak.***

**Pytanie 28)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się przestrzenią martwą 10ml.? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 29)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Czy Zamawiający oczekuje, aby wymiennik ciepła i wilgoci posiadał samo domykający się port do odsysania umiejscowiony pomiędzy dwoma membranami wymiennika? ***Odp. Zamawiający nie wymaga.***

**Pytanie 30)** Dotyczy **Pakietu nr 8** poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do diurezy godzinowej ma posiadać dren dwukanałowy zapobiegający zastojowi moczu w drenie? ***Odp. Nie.***

**Pytanie 31)** Dotyczy **Pakietu nr 8** poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał spiralę antyzałamaniową zabezpieczającą przed niedrożnością drenu? ***Odp. Nie.***

**Pytanie 32)** Dotyczy wzoru umowy. Czy w celu miarkowania wysokości kar umownych Zamawiający doda w par. 4 ust.1 zdanie: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia oraz obniży kare z 5% na 2% oraz w zakresie zapisów § 4 ust. 2 i wprowadzi, jako obowiązujące kary umowne liczone od wartości niezrealizowanej części umowy. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody***

**Pytanie 33)** Dotyczy wzoru umowy. Czy w celu umożliwienia Wykonawcy skorzystania z prawa do rozpatrzenia reklamacji, Zamawiający zmieni zapis na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w towarze, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 5 dni roboczych. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie bądź jej uznanie skutkuje obowiązkiem wymiany towaru przez Wykonawcę w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji bądź upływu terminu do jej rozpatrzenia”? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 34)** Dotyczy **wzoru umowy**. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 35)** Dotyczy **wzoru umowy** Czy strony mają obowiązek podpisać aneks do umowy w przypadku zmiany stawki VAT? ***Odp. Zgodnie z § 3 pkt 5 wzoru umowy.***

**Pytanie 36)** Dotyczy **Pakietu nr 7**. Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy 18G/11,5cm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika o długości 900mm o grubości 20G z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, posiadający znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawką niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; zatraskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. ***Odp. Tak, dopuszcza.***

**Pytanie 37)** Dotyczy **Pakietu nr 7**. Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści zatraskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatraskową umożliwiającą wizualizację miejsca wkłucia i gąbkową częścią przyklepną? ***Odp. Tak, dopuszcza.***

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*