

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń laboratoryjnych i elektrokardiografu.**
Nr sprawy : ZP-11-079BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG nie posiadający pamięci wewnętrznej? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuści aparat EKG spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ o następujących wymiarach: 310x230x66mm? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza aparatu, który nie posiada pamięci wewnętrznej. Aparat o wskazanych w pytaniu wymiarach, posiadający pamięć wewnętrzną zostaje dopuszczony.**

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach zewnętrznych 1979x920x900mm (wys. x szer. gł.)? Jeśli wymiary, podane w specyfikacji wynikają z ograniczeń architektonicznych, możemy przedstawić sposób przetransportowania urządzenia o wymiarach podanych w zapytaniu przez drzwi o standardowej szerokości. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową mieszczącą 240 pudełek o wysokości 50mm? **Odp.: TAK, dopuszcza.**

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją z pianki spienianej w miejscu? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt.5 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z dwoma portami o średnicy 18mm? **Odp.: TAK, dopuszcza.**

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową, w której 2 sekcje są wypełnione przez 160 pudełek 50mm? **Odp.: TAK, dopuszcza.**

Pyt.7 Czy Zamawiający dopuści komorę do sterylizacji o pojemności 40 litrów i z zakresem temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +200°C? **Odp.: Zamawiający dopuszcza komorę o pojemności większej niż określono w SIWZ, tj 60L ale nie dopuszcza komory o pojemności mniejszej niż określono w SIWZ.**

UWAGA! W celu uwzględnienia powyższej odpowiedzi w przygotowywanych ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT : 08 sierpnia 2011r godz.12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12:30

Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek