

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę różnych urządzeń medycznych.**
Nr sprawy : ZP-11-082BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pakiet Nr 4 - ssaki elektryczne

Pyt.1 poz.6 Czy Zamawiający w poz.6 ma na myśli pokrywę ssaka wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odp.: TAK.

Pyt.2 poz.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch pojemników wykonanych z poliwęglanu o poj. 2L każdy z możliwością sterylizacji lub dwóch słoików szklanych o poj.2L każdy z możliwością sterylizacji?

Odp.: TAK.

Pyt.3 poz.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra antybakteryjnego tylko na wejściu oraz zabezpieczenie przeciwpylowe? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt.4 poz.12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pracę kompresora o głośności 50 dB? **Odp.: NIE.**

Pyt.5 poz.13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwarancji 24 miesiące? **Odp.: NIE.**

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*