

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania elektrolitów**. Nr sprawy : ZP-11-089UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1) Czy ilość 16200 badań jest całkowitą ilością badań jakie Zamawiający zamierza wykonać na dwóch analizatorach (Na⁺,K⁺,Ca⁺) w okresie trzech lat ? (W/w ilość oznacza, iż miesięcznie każdy z dzierżawionych aparatów wykona 225 oznaczeń)? ***Odp. 16200 badań jest całkowitą ilością badań, jakie Zamawiający zamierza wykonać na dwóch analizatorach w okresie trzech lat.***

Pytanie 2) Czy jeżeli zostanie wykonana w/w ilość badań przed upływem okresu trzech lat to czy wówczas dzierżawa zostanie zakończona? Jeśli nie, to jakie mają być konkretne warunki dalszej współpracy? ***Odp. Do „Umowy – Projektu” – Załącznik nr 6, w § 4 dodaje się pkt 14 o następującej treści: „Wcześniejsze wyczerpanie ilości dostawy określonej w § 3 Dostawy pkt 1 umowy powoduje automatyczne rozwiązanie umowy na dzierżawę dwóch analizatorów, a strony rozliczają się według stanu na dzień zakończenia umowy.”.***

Pytanie 3) Jakie ilości kontroli Zamawiający ma na myśli używając określenia „odpowiednie do ilości badań”?

UZASADNIENIE: kontrola dwóch aparatów może odbywać się z tzw. ”jednej ampułki” lub każdego osobno. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych kontrola winna odbywać się codziennie na trzech poziomach wartości. Prosimy o precyzyjne ustosunkowanie się do tej, kwestii, ponieważ zapobiegnie to sytuacji gdzie oferty nie będą porównywalne w zakresie zaplanowanych ilości kontroli. ***Odp. Kontrola codzienna - na trzech poziomach – z jedną ampulką do dwóch aparatów.***

Pytanie 4) Czy Zamawiający wymaga aby wymiana elektrod, wężyków pompek itp. następowała w chwili zakończenia się okresu gwarancji na dany produkt (materiał zużywalny) czy w chwili pierwszych symptomów zużycia się części np elektrody.?

UZASADNIENIE: Z praktyki wiadomo, iż znakomita większość części zużywalnych działa prawidłowo znacznie dłużej niż wynika to z okresu gwarancji. Nieuzasadnione jest (ekonomicznie) wymienianie dobrych i zwykle drogich elementów zużywalnych takich jak np elektrody tylko z powodu zakończenia się okresu gwarancji na dany produkt. Eksploatacja w/w materiałów do momentu pojawienia się pierwszych dysfunkcji spowoduje iż wartość ofert dzierżawy analizatorów będzie znacznie niższa a przez to bardziej atrakcyjna dla Zamawiającego. ***Odp. Zamawiający wymaga, aby wymiana elektrod, wężyków pompek itp. następowała w chwili pierwszych symptomów zużycia części.***

Pytanie 5) Czy Zamawiający dopuści analizator dokonujący pomiaru w moczu dla Na⁺ w zakresie 1-300mmol/L, dla K⁺ w zakresie 4,5-60mmol/L bez oznaczeń Ca? (pkt 6 zestawienia parametrów wymaganych dotyczących oznaczania Na, K, Ca metodą ISE). ***Odp. Nie.***

Pytanie 6) Prosimy o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne na oferowanych analizatorach? ***Odp. Kontrola codzienna - na trzech poziomach – z jedną ampulką do dwóch aparatów.***

Pytanie 7) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty jedynie kart charakterystyk produktów wraz z pierwszą dostawą bez metodyk? Metodyki dla analizatora proponowanego przez nas w postępowaniu opisane SA w instrukcji obsługi, która będzie dostarczona wraz z urządzeniem.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek