

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dzierżawę aparatów do hemodializy wraz z dostawą komponenty zasadowej** Nr sprawy : ZP-11-091BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w załączniku 1, poz.9 – płynnej regulacji przepływu pompy krwi w zakresie 50 – 600ml? Aktualnie na rynku polskim działa wyłącznie jeden producent i dystrybutor aparatów do hemodializy o takim przepływie krwi 10 – 600ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat o przepływie od 50 – 600ml.

Pyt.2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatów do hemodializy z regulacją przepływu dializatu w zakresie do 700ml/min? **Odp.:** Zamawiający dopuszcza aparat o przepływie do 700ml/min.

*Z upoważnienia **DYREKTORA SPSKM**
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*