

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę różnego sprzętu medycznego II*
Nr sprawy : ZP-11-098BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Pytanie 1, Dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne silikonowe z medycznego PCV, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Tak

2. Pytanie 2, Dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne z balonem kontrolnym z naniesioną informacją z nazwą producenta oraz rozmiarze rurki?

Odp. Zgodnie z SIWZ

3. Pytanie 3, Dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne w rozmiarze 6.0- 10.0, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

4. Pytanie 4, Dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych bez możliwości odłączenia drenu od maski, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

5. Pytanie nr 5, Pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje drenu do odsysania wraz z końcówką typu Yankauer?

Odp. Zgodnie z SIWZ

6. Pytanie nr 6, Pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje końcówki do odsysania z rączką o długości końcówki ssącej 155 mm (razem z rączką 220 mm) o średnicy wewnętrznej 4,6 mm i średnicy zewnętrznej 6,5 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Pytanie nr 7, Dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści rurki tracheostomijne renomowanego producenta Smiths Medical – Portex z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, bez zbrojenia z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

8. Pytanie nr 8, Dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach 6,0 – 10,0 zamiast 6,0 – 11,0?

Odp. patrz pyt. nr 3

9. Pytanie nr 9 Dotyczy § 4 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kar umownych do 0,1 % wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zgodnie z SIWZ

10. Pytanie nr 10 Dot. Pakiet nr 1, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek tracheotomijnych wykonanych z wysokiej jakości medycznego PCV?

Odp. Zgodnie z SIWZ

11. Pytanie nr 11 Dot. Pakiet nr 1, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek tracheotomijnych wykonanych z wysokiej jakości medycznego PCV pokrytego silikonem?

Odp. Zgodnie z SIWZ

12. Pytanie nr 12 Dot. Pakiet nr 1, poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek tracheotomijnych ze stałym szyldem?

Odp. Zgodnie z SIWZ

13. Pytanie nr 13 Dot. Paragraf 2 ust. 7

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru do 72 h.

Odp. Zgodnie z SIWZ

14. Pytanie nr 14 Dot. Paragraf 4 ust. 1

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub niewymienieniu wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w §2 pkt 7b i 7c niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto dostawy dostarczonej ze zwłoką- za każdy dzień zwłoki.”

Odp. Zgodnie z SIWZ

***Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek***