

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I ODDZIAŁY OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW DO PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH** Nr sprawy : ZP-11-105BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Pytanie 1, Dot. Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych, zarejestrowanych jako Środek Ochrony Indywidualnej, o teksturowanych końcówkach palców, rękawice w rozmiarach od S do L

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, rękawice teksturowane na końcach palców, w rozmiarach S-L , reszta wymogów zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie 2, Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały mankiet prosty z taśmą adhezyjną, która przykleja się do mankietu fartucha i uniemożliwia zsuniecie się rękawicy z mankietu fartucha?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Pytanie 3, Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki diagnostyczne nitrylowe będące wyrobem medycznym a posiadające cechy ŚOI zgodnie z normą PN-EN 374-3: Odporności na przenikanie substancji chemicznych przy stosowaniu cytostatyków: wg ASTM F739-96 o parametrach średnia grubość ścianki podwójnej palce / dłoń / mankiet 0.15 / 0.12 / 0.10 mm pakowanych a 50 sztuk ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

4. Pytanie 4, Dot. Pakietu nr 5

Czy zamawiający stosując fartuch chirurgiczny sterylny do przygotowania cytostatyków będzie wymagał badań potwierdzających ochronę przed cytostatykami zgodnie z z normą PN-EN 374-3: Odporności na przenikanie substancji chemicznych przy stosowaniu cytostatyków: wg ASTM F739-96 ? Czy zamawiający wymaga tylko parametrów fartucha zgodnie z EN-PN 13795 ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

5. Pytanie 5, Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o następujących parametrach
odporność na rozpryski (Splash Resistance) ≥ 120 mmHg : wg ASTM 1862
skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek 3,0 mikrona in vitro (Bacterial Filtration Efectivity) - 99%
skuteczność filtracji dla cząstek (0.1 mikrona) - 99%: wg ASTM F2299
opór powietrza / ciśnienie różnicowe (w Pa) < 40 Pa/cm²

Odp. Zgodnie z SIWZ

6 .Pytanie 6, Dot. Pakietu nr 10

Czy zamawiający wymaga aby opisany komplet chirurgiczny był wykonany z miękkiej, przewiewnej, paroprzepuszczalnej, polipropylenowej włókniny SMS bez zawartości lateksu, celulozy i poliestru spełniający wymagania zgodnie z normą EN-PN 13795 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7 .Pytanie 7, Dot. Pakietu nr 5, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego- zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Przeznaczenie fartucha- dłuższe zabiegi chirurgiczne z większą ilością płynów. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy, wewnątrz opakowania dwa ręczniki w rozmiarach M, L, XL, XXL

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8 .Pytanie 8, Dot. Pakietu nr 9, poz. nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści Fartuch higieniczny z włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii) Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu) Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Włóknina polipropylenowa. Fartuchy w jednym rozmiarze- długość około 112cm, szerokość około132 cm, długość paska około 200 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9 .Pytanie 9, Dot. Pakietu nr 3

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice mają posiadać poszerzoną część grzbietową zapobiegającą szybkiemu męczeniu się dłoni?

Odp. Zgodnie z SIWZ

10 .Pytanie 10, Dot. Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający pod pojęciem łatwe w nakładaniu na wilgotną i mokrą dłoń ma na myśli rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci?

Odp. Zgodnie z SIWZ

11 .Pytanie 11, Dot. Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min 240mm, grubość pojedynczej ścianki na palcach $0,12 \pm 0,02$ mm, reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

12.Pytanie 12, Dot. Pakietu nr 1, poz. 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządów typu Spike z filtrem cząsteczkowym $5\mu\text{m}$ i hydrofobowym $0,1\mu\text{m}$ przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

13. Pytanie 13 , Dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic jałowych chroniących przed cytostatykami, bezpudrowych o grubości pojedynczej ścianki na palcach $0,15\text{mm}$, która mimo że jest cieńsza to także zapewnia najwyższy poziom ochrony personelu przed cytostatykami jednocześnie gwarantując pewny chwyt i lepsze czucie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

14. Pytanie 14 , Dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic jałowych chroniących personel przed cytostatykami w rozmiarach : XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10?

Odp. Zamawiający wymaga zaferowania rękawic w rozmiarach 6,0/ 6,5/ 7,0/ 7,5/ 8,0/8,5

15. Pytanie 15 , Dot. Pakietu nr 2 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic chroniących przed cytostatykami chlorowanych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16. Pytanie 16 , Dot. Dot. rozdziału V SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań zawartych w rozdziale V SIWZ przedstawienie wykazu dostaw na minimum 2 dostawy wyrobów medycznych o wartości nie mniejszej niż oferowana wartość , zgoda na powyższe umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców.

Odp. TAK, Zgodnie z SIWZ

17. Pytanie 17 , Dot. rozdziału V SIWZ, w zakresie pakietu 2 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za spełnienie wymagań zawartych w rozdziale V SIWZ przedstawienie wykazu dostaw w zakresie pakietu 2, 4 na minimum 2 dostawy rękawic medycznych (chirurgicznych, diagnostycznych) o wartości nie mniejszej niż oferowana wartość , zgoda na powyższe umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców.

Odp. TAK, Zgodnie z SIWZ

18. Pytanie 18 , Dot. Pakiet nr 1, poz. 2,3

Czy Zamawiający oczekuje przyrządów do rozpuszczania i pobierania leków z filtrem cząsteczkowym 0,1 um?

Odp. Zgodnie z SIWZ

19. Pytanie 19 , Dot. Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów do rozpuszczania i pobierania leków z filtrem cząsteczkowym 0,1 um, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

20. Pytanie 20, Dot. Pakiet nr 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych wysokiej jakości igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 16G oraz 2 długościach: 38,1 mm (kolor nasadki zielony) oraz 25,4 mm (kolor nasadki fioletowy), dostarczanych Zamawiającemu zamiennie według potrzeb. Oferowane igły posiadają specjalnie zagięte ostrze typu Hubera, które jedynie rozwarstwa gumowy korek nie powodując jego cięcia i zapobiegając defragmentacji gumy. Dodatkowo igły posiadają funkcje odpowietrzania Filek umożliwiając swobodne pobieranie leku oraz pakowane są w sztywne (plastikowe) dwu- częściowe tubusy umożliwiające łatwe i w pełni aseptyczne założenia igły.

Odp. Zgodnie z SIWZ

21. Pytanie 21 , Dot. Pakiet nr 1, poz. 7-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą nominalną, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

22. Pytanie 22 , Dot. Pakiet nr 1, poz. 11,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę o pojemności 50 ml ze skalą numeryczną na 30 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

23. Pytanie 23 , Dot. Pakiet nr 1, poz. 11,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę z mlecznym tłokiem?

Odp. Zgodnie z SIWZ

24. Pytanie 24. , Dot. Pakiet nr 1, poz. 7-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę z lateksowym, gumowym tłokiem?

Odp. Zgodnie z SIWZ

25. Pytanie 25. , Dot. Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek bezpydrowych chlorowanych o grubości 0,48mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

26. Pytanie 26 , Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny ze wstawkami foliowymi na przodzie oraz części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokci, mankiety zakończony poliestrowym ściągaczem, tyle części fartucha zachodzące na siebie zapinane na rzepy oraz związane na troki połączone kartonikiem wg SIWZ. Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Rozmiary 04L, LL, XL, XLL odpowiadające M, L, XL, XXL. Z każdym fartuchem rękawiki celulozowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pod warunkiem, że oferowany fartuch będzie dodatkowo pakowany w papier ochronny.

27. Pytanie 27 , Dot. Pakiet nr 5 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje fartucha o odporności na penetrację wodną na poziomie co najmniej 190cmH₂O oraz o wytrzymałości mechanicznej na poziomie co najmniej 300kPa.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

28. Pytanie 28 , Dot. Pakiet nr 5 poz. nr 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarach S/M, L, XL, XLL.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiary M(lub S/M), L, XL)

29. Pytanie 29 , Dot. Pakiet nr 5 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha posiadającego mankiety zakończony poliestrowym ściągaczem, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

30. Pytanie 30 , Dot. Pakiet nr 5 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o ponowne określenie efektywności filtracji bakteryjnej, tzn. czy zamiast $\leq 98\%$ nie powinno być $\geq 98\%$.

Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską, powinno być „ $\geq 98\%$. ”

31. Pytanie 31 , Dot. Pakiet nr 9 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w uniwersalnym rozmiarze, którego rękawy wykończone są gumką, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. . Zamawiający dopuszcza nie wymaga

32. Pytanie 32 , Dot. Pakiet nr 10 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy spodnie powinny posiadać co najmniej 1 kieszeń.

Odp. . Zamawiający dopuszcza nie wymaga

33. Pytanie 33 , Dot. Pakiet nr 10 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy bluza powinna posiadać 3 kieszenie.

Odp. . Zamawiający dopuszcza nie wymaga

34. Pytanie 34 , Dot. Pakiet nr 1 poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przyrząd typu Spike nieposiadający zaworu samozamykającego? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

35. Pytanie 35 , Dot. Pakiet nr 1 poz. nr 3

Czy zamawiający oczekuje aby strzykawki były jednego producenta, co jest gwarancją utrzymania standardów jakości?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na pytania dotyczącego przedmiotu zamówienia zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to : 08 Listopada 2011r. godz. 09.00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09.30

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**