

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę igieł do aspiracji i zestawu do trepanobiopsji szpiku kostnego*
Nr sprawy : ZP-11-106BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1: Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka lub talerza biodrowego z nastawną, regulowaną głębokością wklucia do 100mm (poz. 1) i 68 mm (poz.2) z ergonomicznym uchwytem typu „twist- lock” z super ostrą kaniulą i mandrynem?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. długość igły, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 2: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do pobierania szpiku o nieznacznie zmienionych parametrach: wyposażonego w mandryn zakończony obustronnie romboidalnie ściętym ostrzem typu „duble- diament”, widełkowatą kaniulę ekstrakcyjną zapewniającą doskonałą jakość pobieranego materiału biopsyjnego dzięki zamknięciu w igle/kaniuli probierczej materiału biopsyjnego bez zmiany struktury i narażenia na uszkodzenie próbki. Oferowany przez nas zestaw posiada również zabezpieczenia dla końcówki igły i mandrynu przed przypadkowym zakłuciem.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3: Pakiet nr 1, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł z masywnym, ergonomicznym uchwytem w kształcie półksiężyca spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. TAK

Pytanie 4: Pakiet nr 2 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do trepanobiopsji z mandrynem ostrzonym w 4 płaszczyznach spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. TAK

Pytanie 5: Pakiet nr 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bez skalowania, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*