

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnego sprzętu medycznego na blok operacyjny. Nr sprawy: ZP-11-112UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1)

Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 3 zamawiający wymaga, aby ze względów bezpieczeństwa, poprawnej kompresji tkanki i pewności zespolenia endstapler posiadał:

-nóż z trzypunktowym podparciem, z jednorodnej stali o stopie 400?

-systemy wizualizacji umieszczone na rękojeści, informujące operatora w jakim cyklu fazy odpalania ładunku znajduje się operator i w którym kierunku porusza się nóż przecinający tkanki? *Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pytanie 2) Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 5 zamawiający

- dopuści stapler w rozmiarze zewnętrznej średnicy 29 mm?

-wymaga aby w celu bezpiecznego i poprawnego odpalenia ładunku stapler wyposażony był w antypoślizgowe, gumowe powierzchnie znajdujące się na rękojeści oraz dźwigni odpalania ładunku, oraz w akustyczny, znajdujący się w łożu ładunku, sygnalizator oddawania strzału, informujący operatora o przecięciu tkanki?

- wymaga, aby stapler wyposażony był w skalę kompresji tkanki, informującą o poziomie kompresji, jakiej poddawana jest tkanka, mającej bezpośredni wpływ na jakość zespolenia? *Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pytanie 3) Prosimy o wyjaśnienie czy w dobie powszechnego wykonywania badań diagnostycznych MRI, zamawiający wymaga, aby oferowane staplery i zawarte w nich zszywki, oferowane w pakietach 3 i 5 posiadały wystawiony przez producenta certyfikat potwierdzający warunki wykonania obrazowania MRI oraz wpływ implantu tytanowego na jakość obrazowania MRI i powstających artefaktów, u pacjentów zaopatrzonych tytanowym implantem? *Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pytanie 4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 1 uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego użytku posiadającego 360 stopniową rotację trzonu i przyjmującego ładunki zarówno proste jaki z artykulacją 45mm, 60mm. *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 5) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 pozycji 2 ładunków jednorazowego użytku 45 mm prostych oraz z artykulacją o wys. zszywki 2,5mm, 3,5mm lub 4,8mm (przed zamknięciem) do uniwersalnego staplera endoskopowego. Stapler wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Ze względu na to, że uniwersalny stapler dostarczany jest bez ładunku prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie w pozycji 2 ilości wymaganych ładunków (tj. 105 ładunków) *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 6) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 staplerów okrężnych jednorazowego użytku, zagiętych, z automatycznym dociskiem tkanki (nie wymagającym ingerencji ze strony operatora), z łamanym kowadełkiem (grzybkiem) po oddaniu strzału dla bezpiecznego wyjęcia staplera, o średnicy 21,25,28,31 i 34 mm. *Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pytanie 7) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 staplerów liniowych jednorazowego użytku 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm oraz 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

*Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*