

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO**

*Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)*

Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia:

- a) **Ustawa, pzp** - oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami).
- b) **Cena** - oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zmianami)
- c) **Dostawa** - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy lub leasingu.
- d) **Najkorzystniejsza oferta** - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego.
- e) **Środki publiczne** - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
- f) **Wykonawca** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
- g) **Znak postępowania** : **ZP-11-113BN Uwaga:** w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy postugiwać się tym znakiem.
- h) **Tryb postępowania** - przetarg nieograniczony (art.10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).
- i) **Nazwa postępowania:** *Dostawa kardiomonitorów, defibrylatora oraz innych urządzeń medycznych.*
- j) **Nazwa i adres zamawiającego** :

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20 - 24
40-027 Katowice
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl e-mail: duo@spskm.katowice.pl**

Kody klasyfikacji CPV : 33.10.00.00-1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Zatwierdził w dniu 30.11.2011r.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*

ZP-11-113BN

Załączniki do SIWZ :

1	Opis przedmiotu zamówienia	Załącznik nr 1 - 9
2	Formularz „OFERTA”	Załącznik nr 10
3	Formularz - oświadczenie art.22	Załącznik nr 11
4	Formularz - oświadczenie art.24	Załącznik nr 12
5	Formularz - wykaz dostaw	Załącznik nr 13
6	Projekt umowy	Załącznik nr 14

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, którego wymagane parametry określone są w załącznikach nr 1 - 9 do SIWZ.

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części (pakiety) co oznacza możliwość złożenia oferty częściowej na dowolną ilość części (pakietów).

Pakiet nr 1 - defibrylator dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej,

Pakiet nr 2 - kardiomonitor dla Oddziału chirurgii Szczękowo -Twarzowej,

Pakiet nr 3 - kardiomonitor dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej,

Pakiet nr 4 - konsola do napędów piórowych,

Pakiet nr 5 - urządzenie do przechowywania butelek i worków z płynami infuzyjnymi,

Pakiet nr 6 - materac na stół operacyjny ogrzewający pacjenta,

Pakiet nr 7 - wiertarka stomatologiczna ze zraszczaczem,

Pakiet nr 8 - lampa bakterioobójcza,

Pakiet nr 9 - termoblok do inkubacji probówek Eppendorfa,

II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
- 3) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
- 4) Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym prawem.
- 6) Wykonawca dostarczy na swój koszt przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego (do godz. 14.00 w dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku).
- 7) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru urządzenia oraz dostarczenia faktury.
- 8) Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi Wykonawca.

III) WYMAGANIA SZCZEGÓLWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Zaoferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku.
- 2) Minimum 36 miesięcy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.
- 3) Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.
- 4) Zamawiający żąda gwarancji możliwości dokonywania zakupu części zamiennych do przedmiotu zamówienia do minimum 10 lat od daty odbioru końcowego urządzenia - **dotyczy Pakietu Nr 9.**
- 5) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenie, a także przeprowadzi szkolenie dla użytkowników oraz zapewni serwis w godzinach pracy Zamawiającego na własny koszt. Wykonawca będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie gwarancji na własny koszt.
- 6) Dostawa, instalacja, uruchomienie urządzenia i szkolenie dotyczące obsługi nastąpi w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy - **dla Pakietu nr 9 - 3 tygodnie od daty podpisania umowy.**

ZP-11-113BN

- 7) Usługa serwisowa to całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę w okresie gwarancji i związanych z zapewnieniem poprawnej pracy urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. W ramach serwisu wymagana jest fizyczna obecność serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do:
 - a) dla **Pakietu od 1 do 3**: maksymalny czas reakcji do 8 godzin od zgłoszenia awarii (całodobowo przez 7 dni w tygodniu),
 - b) dla **Pakietu od 1 do 3**: maksymalny czas usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
 - c) dla **Pakietu od 4 do 9**: maksymalny czas usunięcia awarii do 3 dni od momentu zgłoszenia awarii.
- 8) Koszty przeglądów technicznych (zgodnie z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną urządzenia), konserwacji, napraw, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych urządzenia ponosi Wykonawca.
- 9) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył pełną dokumentację urządzenia, wszelkie instrukcje, aplikacje oraz opisy parametrów technicznych w języku polskim.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo po otwarciu ofert do sprawdzenia oferowanych parametrów urządzenia. W tym celu Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do zaprezentowania na własny koszt oferowanego urządzenia i jego działania w siedzibie Zamawiającego.
- 11) Oferowane urządzenie musi być oznakowane znakiem CE.

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Dostawa przedmiotu zamówienia dla Pakietów od nr 1 - 8 odbędzie się w okresie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
- 2) Dostawa przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 9 odbędzie się w okresie 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
- 3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 dostawy urządzeń medycznych.
- 2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
- 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcy.
- 4) Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
- 5) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w **Rozdziale VI** niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

- 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
 - a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 44 w powołaniu z art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Pzp wg wzoru na Załączniku nr 11 do SIWZ (oryginał),
 - b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

ZP-11-113BN

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, protokół odbioru, faktura etc.) - Załącznik nr 13 do SIWZ,

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji :
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru na Załączniku nr 12 do SIWZ (oryginał);
 - b) **Aktualny** odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - c) **Aktualne** zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.*
 - d) **Aktualne** zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.*
- 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.2 ppkt. a-d , składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
 - c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - d) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 4) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
- 5) Pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np.KRS-u).
- 6) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeśli wykonawca posiada taki wpis.
- 7) **Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:**
 - a) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.

ZP-11-113BN

b) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy formularz asortymentowo-cenowy (wybrany Załącznik spośród nr 1-9) wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, zamawiający żąda folderów, katalogów, zdjęć lub ulotek firmowych zawierających dokładny opis z podaniem wszystkich wymaganych w SIWZ parametrów. Z dołączonych folderów/ katalogów/ ulotek musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załącznikach do SIWZ - **dotyczy wszystkich Pakietów**.

VII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresów podanych w SIWZ. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
- 2) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
- 3) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 - a) W sprawach formalnych - Dorota Uryć Dział Zamówień Publicznych i Umów (w godzinach 8.00 - 14.00) tel. 032/259-16-68 fax. 032/259-16-71

VIII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

W postępowaniu wadium nie jest wymagane.

IX) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1) Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oraz dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
- 2) Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 4) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
- 5) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym w następujący sposób:

*„Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM.
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
Dostawa kardiomonitorów, defibrylatora oraz innych urządzeń medycznych
ZP-11-113BN
Nie otwierać przed 13.12.2011. r. godz. 11.30
Nazwa i adres Wykonawcy(np. pieczęć firmowa)*

- 6) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”
- 7) Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści.
- 8) Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo.

XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji - dyrekcji) do dnia **13.12.2011r.** do godz. **11.00**
- 2) Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu.
- 3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
- 4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekcji) w dniu **13.12.2011r.** o godz. **11.30**.
- 5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 1) Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości: netto plus podatek VAT.
- 3) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535)
- 4) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności :

- a) Omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści oferty, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ;
- b) Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto.

XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Cena - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta będzie spełniała wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą - nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem - na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy - Załącznik nr 14 do niniejszej specyfikacji. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres wykonawcy. Przesłanie umowy do siedziby wykonawcy nie zmienia terminu podpisania umowy i terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w umowie. **Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane jako uchylenie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania art.94 ust.3 ustawy Pzp.** Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku.

XV) POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
- 2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień (nie później niż dwa dni przed terminem składania ofert), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego po terminie składania wniosku, tj. do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4) Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- 5) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
- 6) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- 7) Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku (fax, mail). W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), przysługują środki ochrony prawnej na podstawie art.180 - 187 Prawa zamówień publicznych.

ZP-11-113BN

Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 – defibrylator dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	Defibrylator dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej wg podanych parametrów		1				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

Foldery/ katalogi/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych dla defibrylatora

Producent:*Model / Typ:**Rok produkcji:* (2011)

Lp.	Parametr wymagany	Parametr graniczny	Parametr oferowany /wypełnia wykonawca/
I.	PARAMETRY OGÓLNE	Podać	
1.	Aparat przenośny, uchwyt do przenoszenia	TAK	
2.	Ładowanie akumulatora z sieci 230 V AC w czasie poniżej 3 godzin do 100% pojemności - zewnętrzna lub wbudowana ładowarka	TAK	
3.	Czas pracy z akumulatorów – min. 80 minut monitorowania lub min. 50 defibrylacji energią 200J	TAK .	
II.	DEFIBRYLACJA		
1.	Synchroniczna i asynchroniczna	TAK	
2.	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED	TAK	
3.	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J w obu trybach	TAK	
4.	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20	TAK	
5.	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta	TAK	
6.	Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody (min. 3 komplety) naklejane	TAK	

ZP-11-113BN

III.	STYMULACJA	TAK	
1.	Stymulacja przez skórną w trybie sztywnym i na żądanie	TAK	
2.	Częstość min. 40 – 170 impulsów /minutę	TAK	
3.	Regulacja prądu stymulacji min. 10-160 mA	TAK	
IV.	EKG	TAK	
1.	Odczyt 3 i 12 odpowiedzi EKG	TAK	
2.	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG	TAK	
3.	Alarmy częstości akcji serca	TAK	
V.	REJESTRACJA	TAK	
1.	Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie	TAK	
2.	Ekran typu EL lub kolorowy o przekątnej minimum 8"	TAK	
3.	Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70 mm. W zestawie 20 szt rolek papieru	TAK	
4.	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych	TAK	
VI.	INNE WYMAGANIA	TAK	
1.	Wbudowany moduł pomiaru SpO2 w zakresie 30- 100% z czujnikami typu klips w 2 rozmiarach powyżej i poniżej 50 kg, nie powodujący ucisku z możliwością dezynfekcji	TAK	
2.	Wbudowany moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP w zakresie min. 20 -260mmHg , w trybie automatycznym i ręcznym	TAK	
3.	Kabel EKG 5 – odprowadzeniowy, połączenie z elektrodą zatrzaskową Zakres pomiaru częstości rytmu serca 20-300 bpm	TAK	

ZP-11-113BN

4.	Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania	TAK	
5.	Mankiety wielorazowego użytku dla dorosłych w rozmiarze mały, średni i duży oraz bardzo duży	TAK	
6.	Po jednym przewodzie łączeniowym dla czujnika SpO ² ore NIBP, EKG		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-eksploatacyjne.

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZP-11-113BN

Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 – kardiomonitor dla Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	Kardiomonitor dla Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej wg podanych parametrów		1				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

Foldery/ katalogi/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych dla kardiomonitora

Producent:*Model / Typ:**Rok produkcji:* (2011)

Lp.	Parametr wymagany	Parametr graniczny	Parametr oferowany /wypełnia wykonawca/
I.	PARAMETRY OGÓLNE	Podać	Opis
1.	Monitor stacjonarno-przenośny o zwartej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne obudowie, posiadający rączkę do przenoszenia oraz uchwyt umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka	TAK	
2.	Podstawa jezdna umożliwiająca bezpieczne i stabilne mocowanie kardiomonitora na ergonomicznej wysokości, montaż i demontaż bez użycia narzędzi, blokada co najmniej dwóch kółek jezdnych. W zestawie pojemnik na akcesoria oraz komplet umożliwiający uporządkowanie kabli i przewodów znajdujących się przy kardiomonitorze. Możliwość mocowania do łóżka chorego.	TAK	
3.	Ekran kolorowy wysokiej rozdzielczości , przekątna ekranu min.10". prezentacja na ekranie min.3 różnych krzywych pomiarowych. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych.	TAK .	
4.	Zasilanie sieciowe 230V oraz akumulatorowe	TAK	
5.	Zapewnienie ciągłości monitorowania pacjenta przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora min. 120 min. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora. Akumulator	TAK	

ZP-11-113BN

	ładowany automatycznie.		
6.	Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie.	TAK	
7.	Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego lub na stałe.	TAK	
8.	Automatyczna aktywizacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odpowiedniego czujnika. Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym	TAK	
II.	Pomiar EKG		
1.	Kabel EKG 5 - cio odprowadzeniowy, połączenie z elektrodą zatraskową + kabel EKG 3 odprowadzeniowy	TAK	
2.	Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG , ilość odprowadzeń wyświetlanych jednocześnie min. 3.	TAK	
3.	Zarys pomiarowy częstości rytmu serca 20-300 bpm.	TAK	
4.	Możliwość monitorowania pacjentów ze stymulatorem serca	TAK	
III.	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną	TAK	
1.	Tryb pracy automatyczny z przedziałem czasowym 3-120 min. I ręczny na żądanie.	TAK	
2.	Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej	TAK	
3.	W komplecie mankiety wielorazowe NIBP dla dorosłych z przewodem łączeniowym z kardiomonitorem. Mankiet mały, średni, duży oraz bardzo duży po 1 szt	TAK	
4.	Zakres pomiarowy 20- 260 mmHg	TAK	
5.	Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów	TAK	

ZP-11-113BN

IV.	Pomiar saturacji	TAK	
1.	Zakres pomiarowy saturacji dla dorosłych na palec w 2 rozmiarach (powyżej i poniżej 50 kg) nie powodujący ucisku z możliwością dezynfekcji	TAK	
2.	Czujnik do pomiaru saturacji dla dorosłych na ucho nie powodujący ucisku z możliwością dezynfekcji	TAK	
3.	Zakres pomiarowy saturacji 30-100 %	TAK	
4.	Przewód łączący czujnik z kardiomonitorem po 1 szt do każdego kardiomonitora	TAK	
5.	Monitorowanie kaptopmetrii	TAK	

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-eksploatacyjne.

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZP-11-113BN

Załącznik Nr 3

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 3 – kardiomonitor dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	Kardiomonitor dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej wg podanych parametrów		1				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

Foldery/ katalogi/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych dla kardiomonitora

Producent:

Model / Typ:

Rok produkcji: (2011)

Lp.	Parametr wymagany	Parametr graniczny	Parametr oferowany /wypełnia wykonawca/
I.	PARAMETRY OGÓLNE	Podać	
1.	Monitor stacjonarno-przenośny o zwartej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne obudowie, posiadający rączkę do przenoszenia oraz uchwyt umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka	TAK	
2.	Podstawa jezdna umożliwiająca bezpieczne i stabilne mocowanie kardiomonitora na ergonomicznej wysokości, montaż i demontaż bez użycia narzędzi, blokada co najmniej dwóch kółek jezdnych. W zestawie pojemnik na akcesoria oraz komplet umożliwiający uporządkowanie kabli i przewodów znajdujących się przy kardiomonitorze.	TAK	
3.	Ekran kolorowy wysokiej rozdzielczości, przekątna ekranu min.10". prezentacja na ekranie min.3 różnych krzywych pomiarowych. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych.	TAK .	
4.	Zasilanie sieciowe 230V oraz akumulatorowe	TAK	
5.	Zapewnienie ciągłości monitorowania pacjenta przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora min. 120 min. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora. Akumulator ładowany automatycznie.	TAK	

ZP-11-113BN

6.	Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie.	TAK	
7.	Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego lub na stałe.	TAK	
8.	Automatyczna aktywizacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odpowiedniego czujnika. Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym	TAK	
9.	Wbudowany moduł drukarki, możliwość drukowania 3 krzywych jednocześnie + 100 szt rolek papieru.	TAK	
II.	Pomiar EKG		
1.	Kabel EKG 5- cio odprowadzeniowy, połączenie z elektrodą zatrzaskową.	TAK	
2.	Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG , ilość odprowadzeń wyświetlanych jednocześnie min. 3.	TAK	
3.	Zarys pomiarowy częstości rytmu serca 20-300 bpm.	TAK	
4.	Możliwość monitorowania pacjentów ze stymulatorem serca	TAK	
III.	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną	TAK	
1.	Tryb pracy automatyczny z przedziałem czasowym 3-120 min. I ręczny na żądanie.	TAK	
2.	Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej	TAK	
3.	W komplecie mankiety wielorazowe NIBP dla dorosłych z przewodem łączeniowym z kardiomonitorem.Mankiet mały, średni, duży oraz bardzo duży po 1 szt	TAK	
4.	Zakres pomiarowy 20- 260 mmHg	TAK	
5.	Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów	TAK	

ZP-11-113BN

IV.	Pomiar saturacji	TAK	
1.	Zakres pomiarowy saturacji dla dorosłych na palec w 2 rozmiarach (powyżej i poniżej 50 kg) nie powodujący ucisku z możliwością dezynfekcji	TAK	
2.	Czujnik do pomiaru saturacji dla dorosłych na ucho nie powodujący ucisku z możliwością dezynfekcji	TAK	
3.	Zakres pomiarowy saturacji 30-100 %	TAK	
4.	Przewód łączący czujnik z kardiomonitorem po 1 szt do każdego kardiomonitora	TAK	

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-eksploatacyjne.

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZP-11-113BN

Załącznik Nr 4

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 4 – wiertarka stomatologiczna ze zraszczaczem

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	Wiertarka stomatologiczna ze zraszczaczem dla Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej wg podanych parametrów		1				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

Foldery/ katalogi/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych dla wiertarki stomatologicznej ze zraszaczem

Model / Typ:

Rok produkcji: (2011)

Lp.	Parametr wymagany	Parametr wymagany	Parametr oferowany / podać numer katalogowy
1.	Konsola do napędów piórowych – 1 sztuka		
1	Interfejs użytkownika - dotykowy ekran LCD, format 16:9, rozdzielczość 800 x 480 pikseli.	TAK	
2	Możliwość sterowania pracą napędów poprzez sterownik nożny pięciopozycyjny przewodowy i bezprzewodowy z możliwością programowania funkcji.	TAK	
3	Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów typu shaker artroskopowy, wiertarka ortopedyczna, piła oscylacyjna, napędy piórowe wiertarskie i mikro piły.	TAK	
4	Automatyczne rozpoznawanie przyłączanego napędu i wyświetlenie dedykowanego menu	TAK	
5	Regulacja szybkości startu i hamowania wiertła lub ostrza w menu konsoli	TAK	
6	Programowanie indywidualnych ustawień parametrów pracy dla minimum 4 użytkowników	TAK / podać	
7	Wbudowana pompka perystaltyczna współpracująca z systemem drenów jednorazowych, o wydajności w zakresie 0-300ml/min. Z możliwością sterowania wydajnością pompki na wyświetlaczu dotykowym konsoli	TAK	

ZP-11-113BN

8	Możliwość podłączenia minimum dwóch przetłączników nożnych w jednym czasie.	TAK / podać	
9	Przetłącznik nożny pięcioprzyciskowy, programowalne przyciski - 1sztuka.	TAK	
10	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej	TAK / podać	
II	Piła oscylacyjna wzdłużna – 1 sztuka		
1	Napęd piórowy piła oscylacyjna wzdłużna o prędkości minimum 25000osc/min., płynna regulacja oscylacji	TAK / podać	
2	Skok ostrza równy 5 stopni +/- 0,3 stopnia	TAK / podać	
3	Długość napędu w zakresie 130 - 140 mm, średnica napędu 20mm +/- 3mm	TAK / podać	
4	Obrotowa głowica pozwalająca ustawić ostrze w minimum 8 pozycjach co 45 stopni.	TAK / podać	
5	Zatraskowe mocowanie ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi mocujących.	TAK	
6	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego lub dołączanego sterownika ręcznego.	TAK	
7	Przewód sterująco zasilający łączący konsolę z napędem, odłączany od napędu - 1 sztuka.	TAK	
III	Piła posuwisto – zwrotna – 1 sztuka		
1	Napęd piórowy piła posuwisto - zwrotna o prędkości minimum 14000osc/min., płynna regulacja oscylacji	TAK / podać	

ZP-11-113BN

2	Skok ostrza 3mm +/- 0,5mm	TAK / podać	
3	Długość napędu w zakresie 170 - 180mm, średnica napędu 20mm +/- 3mm	TAK / podać	
4	Zatraskowe mocowanie ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi mocujących	TAK	
5	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego lub dotycznego sterownika ręcznego.	TAK	
6	Przewód sterujący zasilający łączący konsolę z napędem, odłączany od napędu - 1 sztuka.	TAK	
IV	Piła oscylacyjna poprzeczna – 1 sztuka		
1	Napęd piórowy piła oscylacyjna poprzeczna o prędkości minimum 20000osc/min., płynna regulacja oscylacji	TAK / podać	
2	Skok ostrza równy 8 stopni +/- 0,5 stopnia.	TAK	
3	Długość napędu w zakresie 160 - 170mm, średnica napędu 20mm +/- 3mm.	TAK	
4	Zatraskowe mocowanie ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi mocujących	TAK / podać	
5	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego lub dotycznego sterownika ręcznego.	TAK / podać	
6	Przewód sterujący zasilający łączący konsolę z napędem, odłączany od napędu - 1 sztuka.	TAK	
V	Ostrza do oferowanych napędów – po 6 sztuk z każdej pozycji		

ZP-11-113BN

1	Ostrze do mikropiły posuwisto - zwrotnej o wymiarach x 0.38 x 22.5 mm	TAK	
2	Ostrze do mikropiły posuwisto - zwrotnej o wymiarach x 0.38 x 27.0 mm	TAK	
3	Ostrze do mikropiły oscylacyjnej o wymiarach 9.0 x 0.38 x 18.5mm	TAK	
4	Ostrze do mikropiły oscylacyjnej o wymiarach 9.0 x 0.38 x 25.0mm	TAK	
5	Ostrze do mikropiły oscylacyjnej o wymiarach 9.0 x 0.38 x 31.0mm	TAK	
6	Ostrze do mikropiły oscylacyjnej o wymiarach 5.5 x 0.38 x 18.0mm	TAK	

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-eksploatacyjne.

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 5 – urządzenie do przechowywania butelek i worków z płynami infuzyjnymi

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent / nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	<p>1. Urządzenie (szafka) do przechowywania butelek i worków z płynami infuzyjnymi o wymaganych parametrach:</p> <p>a) Urządzenie wyposażone w 4 kółka, hamulec przynajmniej na dwóch kółkach, uchwyt ułatwiający transport, pracujące przy zakresie napięcia 220 do 230V oraz 50 do 60Hz,</p> <p>b) Panel kontrolny pokazujący temperaturę,</p> <p>c) Alarm optyczny i akustyczny,</p> <p>d) Szuflady samozatraskowe z opcją zamykania,</p> <p>e) Możliwość jednoczesnego przechowywania od 4 do 6 worków o pojemności od 300ml. do 500ml ,</p> <p>f) Możliwość jednoczesnego przechowywania do 24 butelek o pojemności 500ml.</p> <p>g) Zakres temperatur od 37⁰ C do 41⁰ C,</p> <p>h) Przynajmniej dwie szuflady o wymiarach: szerokość 230mm x głębokość 415mm x wysokość 285mm,</p> <p>i) Urządzenie pracujące bez przerwy.</p>		1				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

[Foldery/ katalog/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów](#)

_____, dnia _____ 2011 r.

 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
 do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 6 – materac na stół operacyjny ogrzewający pacjenta

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent / nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	<p>1. Materac na stół operacyjny ogrzewający pacjenta o wymaganych parametrach:</p> <p>a) Równomierne ogrzewanie całej powierzchni, b) Nie powoduje ogrzewania otoczenia, c) Utrzymuje stałą temperaturę podczas trwania całego zabiegu, również podczas trwania długotrwałych zabiegów, d) Możliwość regulacji temperatur w zakresie od 37⁰C do 40⁰ C, e) Możliwość szybkiej kontroli temperatury, f) Nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii, g) Nie zaburza widoczności pola operacyjnego, h) W użytku nie potrzebuje dodatkowych akcesoriów, i) Musi funkcjonować dalej pomimo uszkodzenia mechanicznego podczas przeprowadzanych procedur np. przecięcie skalpelem, j) Uszkodzenie nie powoduje wypływania płynów z materaca, k) Konstrukcja materaca zapewnia zapobiegania odleżynom, l) Ogrzewa tylko w miejscu zetknięcia się ciała pacjenta z powierzchnią materaca, m) Zmywalny dostępnymi środkami.</p>		1				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

Foldery/ katalog/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 7 – wiertarka stomatologiczna ze zraszaczem

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent / nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	<p>Wiertarka stomatologiczna ze zraszaczem o wymaganych parametrach:</p> <p>a) Motor elektryczny z wałkiem giętkim wyposażony w pompę płuczącą – chłodzącą do sterowania pracą motoru. Dane techniczne motoru elektrycznego z pompą chłodzącą: - zakres napięcia zasilającego 100V-120V oraz 220V-240V, - częstotliwość prądu zasilającego 50-60Hz, - pobór prądu 2,5A dla 100V; 1,3A dla 230V, - wydajność pompy chłodzącej zmienna 0-80ml/min, - klasa zabezpieczeń – 1, - bezpieczniki T4,0, 40A przy 250V/50Hz, waga około 7,9kg +/- 5% - wymiary 305mm x 305mm x 125mm +/-10% - urządzenie jest zakwalifikowane do Typ. B</p> <p>b) Wałki giętkie. Specyfikacja wałków giętkich: - długość wałka 160-210 cm, - rodzaj połączenia z głowicą za pomocą dźwigni, - waga 1100-1300g, - obroty maksymalnie 20 000 obr / min., - maksymalny moment obrotów (N/cm), - przełożenie 1:1.</p> <p>c) Sterownik nożny z napędem elektrycznym. Dane techniczne sterownika: - klasa bezpieczeństwa Klasa M - waga około 1,9kg +/- 5%, - wymiary 130mm x 200mm x 60mm +/-5%</p>		1				

ZP-11-113BN

<p>d) Statyw mobilny wyposażony w sito. Dane techniczne statywu: - waga maksymalnie 10 kg +/- 5%, - wymiary długość 450mm x szerokość 450mm x wysokość 1400mm +/- 5% Akcesoria i części zamienne: - podstawa sita 1 szt, - blok mocujący 1 szt. - kabel ekwipotencjalny 1 szt, - gniazdo do zamocowania wałka giętkiego 1 szt, - sito 1 szt, - kontener 1 szt.</p> <p>e) Prostownica wyposażona w spryskiwacz. Dane techniczne: - przełożenie 1:1; 1:2, - waga 49 do 59 kg, - sterylizacja w autoklawie, - ciśnienie do 2 bar, - temperatura 134⁰ C +/-5% - maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 30 000 obr/min.</p>					
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:					

[Foldery/ katalog/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów](#)

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-11-113BN

Załącznik Nr 8

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 8 – lampa bakteriobójcza

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Ilość szt.	Cena jednostk. netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	Lampa bakteriobójcza przejezdna: <ul style="list-style-type: none">- dwusystemowa (przeływowa oraz z zewnętrznym promiennikiem)- zasilanie - sieć 230V- lampa przeływowa (promiennik wewnętrzny) z licznikiem czasu pracy- promiennik zewnętrzny z licznikiem czasu pracy- licznik bez użycia dodatkowych czytników- tryb pracy - niezależny włącznik promiennika zewnętrznego i wewnętrznego- obudowa - stal nierdzewna- statyw do przewożenia lampy - z kółkami ułatwiającymi transport (obudowa lampy montowana pionowo do statywu)- trwałość promiennika - minimum 8000h- zasięg działania lampy - 10-25m²- dezynfekowana kubatura - 25-50m³		2				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

Foldery/ katalog/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZP-11-113BN

Załącznik Nr 9

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 9 – termoblok do intubacji probówek Eppendorfa

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość		
					netto	VAT	brutto
1.	Termoblok do intubacji probówek Eppendorfa wg podanych parametrów		1				
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:							

Foldery/ katalogi/ ulotki/ zdjęcia urządzenia w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZP-11-113BN

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych dla termobloku do intubacji probówek Eppendorfa

Producent:

Model / Typ:

Rok produkcji: (2011)

Lp.	Parametr wymagany	Tak / nie	Parametr oferowany /wypełnia wykonawca/
1.	Aparat fabrycznie nowy z 2011 roku.		
2	Zakres temperatury od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 150°C		
3	Ilość miejsc w bloku grzewczym minimum na 24 probówki Eppendorfa		
4	Komora grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej		
5	Blok grzewczy wykonany z aluminium anodowego		
6	Blok grzewczy powinien posiadać miejsce na uchwyt i na termometr kalibracyjny		
7	Mikroprocesorowa kontrola grzałki		
8	Skok nastawy temperatury 0,1		

ZP-11-113BN

9	Nierówność rozkładu temperatury +/- 0,2		
10	Dokładność nastawy temperatury +/- 0,3		
11	Wymiary	Szerokość 200 mm +/- 20%	
		Głębokość 250 mm +/- 20%	
		Wysokość 90mm +/- 20%	
12	Masa 2,5 kg +/- 20%		
13	Zasilanie 230 V/ 50 mHz		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-eksploatacyjne.

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość dnia

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel. Fax
Internet e-mail
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym Tel
Wadium wpłacone w gotówce należy zwrócić na konto

i.W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej:

PAKIET Nr 1

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 2

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 4

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 5

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 6

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł

ZP-11-113BN

Słownie:zł

PAKIET Nr 7

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 8

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 9

cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena ofertowa z podatkiem VATzł
Słownie:zł

- 2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 6) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 14 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 9) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

_____ dnia __ __ 2011 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art.44 w powiązaniu z w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

.....

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców

L.p.	Przedmiot	Odbiorca dostawy	Okres wykonywania dostaw (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok)	Wartość dostawy

POUCZENIE:

Art.297 §1 Kodeks Karny : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

_____, dnia _____ 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 - 24

NIP: 954 22 70 611

który reprezentuje :

Dyrektor - dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :

który reprezentuje:

1

2.....

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz 759) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- 1) Przedmiotem umowy jest dostawa zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne.
- 2) Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną część umowy.
- 3) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
- 4) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest kompletne, zdatne i dopuszczone do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 5) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

Warunki dostawy

- 1) Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do2011r.
- 2) Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
- 3) O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni wcześniej.
- 4) Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy (po dostawie i montażu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu użytkownika) zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w ust.3 niniejszego paragrafu.
- 5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim.
- 6) Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Warunki płatności

- 1) Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT...% tj.zł. Razem:zł brutto (słownie: ...zł)
- 2) Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
- 3) Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
- 4) Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

- 1) Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z ofertą Wykonawcy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
- 2) Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.
- 3) Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
- 4) W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji.
- 5) W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych jednego podzespołu urządzenia przekroczy 3 - Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy rzeczy wolnej od wad.
- 7) Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej.
- 8) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonywania zakupu części zamiennych do przedmiotu umowy do minimum 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy - **dotyczy Pakietu nr 9**.
- 9) Wykonawca deklaruje zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.
- 10) Wykonawca lub wskazany w ofercie serwis - jako podwykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta w zakresie prowadzenia serwisu

§ 5

Kary umowne i odsetki

- 1) Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w dostawie, montażu, szkoleniu, niekompletną dostawę w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne za opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
- 4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1.
- 5) Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia.
- 6) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1.
- 7) W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawca może dochodzić jedynie odsetek ustawowych.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- 1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

ZP-11-113BN

- 2) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 5 ust.3 niniejszej umowy w przypadku gdy zwłoka w dostawie, montażu, szkoleniu lub opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych wynoszą 7 dni.

§ 7

Postanowienia końcowe

- 1) W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
- 2) Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
- 3) W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
- 4) Jakakolwiek czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
- 5) Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
- 6) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
- 7) Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.
- 8) Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY