

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę różnego sprzętu medycznego.**
Nr sprawy: ZP-11-115BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1) Dotyczy Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza ostrza jednorazowe z możliwością wyboru 3 głębokości nakłucia: 1,3 -1,8 - 2,3 mm oraz średnicą ostrza 0,65 mm, która umożliwi mniejszą bolesność podczas nakłucia w stosunku do ostrza o średnicy 0,8 mm? ***Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.***

Pytanie 2) Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 igły do biopsji w rozmiarze: 1.6 / 90. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 3) Czy Zamawiający w **pakiecie 5 poz. 1** dopuści złożenie oferty na strzykawki jednorazowe do insuliny 40 j.m/ml, skala z dokładnością co 1 jednostka (0,025ml/1ml), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 4) Czy Zamawiający w **pakiecie nr 6** dopuści w **poz. 3** długość igły 103mm? ***Odp. Dopuszcza.***

Pytanie 5) Czy Zamawiający w **pakiecie nr 6** dopuści w **poz. 5** długość igły 80mm? ***Odp. Dopuszcza.***

Pytanie 6) Czy Zamawiający w **pakiecie nr 6** dopuści w **poz. 6** długość igły 110mm? ***Odp. Dopuszcza.***

Pytanie 7) Pakiet nr 1, poz. 1a) Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie igły o rozmiarze 18G 1,2x90? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 8) Pakiet nr 6, poz. 3. Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie igły o rozmiarze 27Gx120mm? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 9) Pakiet nr 6, poz. 4. Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie igły o rozmiarze 22Gx90mm bez prowadnicy? Igła o rozmiarze 22G zachowuje odpowiednią sztywność i w praktyce nie potrzebuje prowadnicy. ***Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.***

Pytanie 10) Pakiet nr 6, poz. 5-8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-8 z zadania 6 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.***

Pytanie 11) Pakiet nr 8, poz. 2. Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie cewników Foleya z balonem 5-10ml? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 12) Pakiet nr 8, poz. 2. Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie cewników Foleya trójdrożnych z balonem 30-45ml? ***Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.***

Pytanie 13) Pytanie nr 1 Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy igła ma być wykonana ze stali nierdzewnej a nasadka igły i mandrynu z polipropylenu? ***Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.***

Pytanie 14) Pytanie nr 2 Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane tlenkiem etylenu? ***Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.***

Pytanie 15) Pytanie nr 3 Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywalne Tyvec co gwarantuje bezpieczeństwo produktu zapobiegając przypadkowej kontaminacji poprzez np.: uszkodzenie opakowania, rozerwania lub mikrorozszczelnienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza przedstawione w pytaniu pakowanie, ale nie wymaga.

Pytanie 16) Pytanie nr 4 Pakiet nr 4, poz. 2a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 1,6/160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 1,6/ 150-160mm.

Pytanie 17) Pytanie nr 5 Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowej do insuliny 100j.m/ml o pojemności 1ml, komora i tłok strzykawki wykonana z polipropylenu, reszta parametrów zgodna z SIWZ. *Odp. Dopuszcza.*

Pytanie 18) Pytanie nr 6 Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny posiadać logo oraz typ strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki. *Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga.*

Pytanie 19) Pytanie nr 7 Pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do gimnastyki oddechowej z trzema komorami zakresu oddechowego 600,900,1200? *Odp. Dopuszcza.*

Pytanie 20) Pytanie nr 8 Pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu wdechowego do gimnastyki oddechowej bez dwóch niezależnych zaworów do ustawienia odporności? *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 21) Pytanie nr 9 Pakiet nr 8, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki powinny posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku? *Odp. Tak.*

Pytanie 22) Pytanie nr 10 Pakiet nr 8, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu? *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 23) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek w pakiecie 1 do 1szt. ? Prośbę uzasadniamy tym iż wyspecyfikowane igły uznaje się za igły specjalistyczne a ich cena jest wysoka co niepotrzebnie zwiększyło by koszty przygotowania oferty. Po za tym w związku z tym że jedynym kryterium oceny jest cena, próbki będą służyły tylko do sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z SIWZ, dlatego też uważamy że ilość 1szt będzie w zupełności wystarczająca do przeprowadzenia oceny. *Odp. Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga po 5 sztuk igieł z każdego rodzaju.*

Pytanie 24) dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności? *Odp. Nie.*

Pytanie 25) dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach? *Odp. Zamawiający w Rozdziale VI SIWZ określił dokładnie wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty.*

Pytanie 26) dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. *Odp. Nie.*

Pytanie 27) dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ? Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu do realizacji zamówienia? *Odp. Nie.*

Pytanie 28) dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej ewentualną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. *Odp. Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami w SIWZ i możliwościami finansowymi.*

Pytanie 29) dotyczy pakietu nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 5 szt. ? Wymagana wielkość 100szt. wydaje się być znacznie zawyżona. *Odp. Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga po 5 sztuk igieł z każdego rodzaju.*

Pytanie 30) dotyczy pakietu nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze 31G zamiast rozmiaru 32G ? *Odp. Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze G31 – G32.*

Pytanie 31) dotyczy pakietu nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą o dokładności 0,02ml ? Pragniemy dodać, iż w ten sposób skalowanych jest większość tego typu strzykawek. *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 32) dotyczy pakietu nr 8 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga cewników sterylnych w opakowaniu folia-papier ? *Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pytanie 33) dotyczy pakietu nr 8 poz. 2. Czy w związku z licznymi reklamacjami dotyczącymi cewników niskiej jakości Zamawiający wymaga zaoferowania cewników wysokiej jakości, nie powodujących odczynów i zapaleń, pakowanych podwójnie w opakowanie folia-folia, sterylizowanych radiacyjnie? *Odp. Zgodnie z SIWZ*

Pytanie 34) dotyczy pakietu nr 8 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga cewników posiadających barwne, półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika? *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 35) dotyczy pakietu nr 8 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników pakowanych podwójnie w opakowanie folia-folia, sterylizowanych radiacyjnie? *Odp. Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 36) Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 8 do odrębnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert i w takiej formie będzie dostępny dla większej ilości wykonawców. *Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.*

*Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*