

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę serwet operacyjnych**. Nr sprawy : ZP-11-124BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1. Pakiet 1 poz. 4-17 Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp.: Zamawiający nie wyraża na wyłączenie pozycji i tworzenie dodatkowych pakietów.

Pyt.2 Pakiet 1 poz. 4-11 Czy Zamawiający dopuści serwety o nieprzemakalności 188cm H₂O? **Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

Pyt.3 Pakiet 1 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 10cm? **Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt.4 Pakiet 1 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze 80g/m² oraz włókniny o gramaturze 28g/m² (łącznie 108g/m²), pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? **Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

Pyt.5 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonanych w całości (dotyczy pozycji a, b, c,) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², min. odporności na przenikanie cieczy 250 cm H₂O oraz uwzględnienie różnicy w rozmiarach serwet:

b) serweta dolna 170 x 180 cm,

c) serwety boczne 75 x 90 cm

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ. **Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt.6 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczykowych, który posiada w pozycjach:

a) serwetę główną w rozmiarze 240 x 260 cm zintegrowaną z nogawicami oraz w części centralnej posiada otwór o wymiarze 30 x 34 cm wypełniony folią chirurgiczną,

i) serwetę pod pośladki 75 x 90 cm,

j) brak jednokomorowej kieszeni przylepnej z folii PE 30 x 40 cm - prosimy o możliwość wyceny do zestawu kieszeni o w/w parametrach, jako akcesoria osobno zapakowanego, cena zostanie podana za całość,

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ. **Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt.7 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji laryngologicznych wykonanych w całości (dotyczy pozycji a, c,) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², min. odporności na przenikanie cieczy 250 cm H₂O.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji c) serwetę o rozmiarze 240x180cm?

Prosimy o możliwość zaoferowania zestawu z wycenionymi osobno pozycjami:

d) jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30x40cm na ssak i koagulację – 1 szt.,

h) serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm 1 szt,

Cena zostanie podana za całość,

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt.8 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt.9 Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt.10 Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół posiadającą warstwę chłonną o gram. min. 24g/m² ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.11 Poz. 18, 19,

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne (podkład jednorazowy) z włókniyny polipropylenowej o gram. min. 35g/m² ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.12 Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160 x 210 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt.13 Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści higieniczny podkład chłonny w rozmiarze 90 x 200 cm, wykonany z nieprzemakalnego, mocnego, odpornego na rozerwanie dwuwarstwowego laminatu foliowego (polietylen-polipropylen) ? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.14 Dotyczy treści umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę treści w § 5:

1. wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 2 % niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*