

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników VI**.  
Nr sprawy: ZP-11-126BN.

**W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :**

**Pytanie 1)** W związku z planowaniem podwyższenia stawki VAT na wyroby medyczne do 23% (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. ) zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie we wzorze umowy zapisu następującej treści: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zamianę umowy w trakcie jej trwania w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT”. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w Projekcie Umowy.***

**Pytanie 2)** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora jonoselektywnego, który w moczu oznacza następujące parametry w odpowiednich zakresach: Na<sup>+</sup> dokładność 0.1.0.mmol/l zakres 1-300mmol/l, K<sup>+</sup> dokładność 0.1mmol/l zakres 4,5-120mmol/l, Cl – dokładność 1.0mmol/l zakres 1-300mmol/l? ***Odp. W SIWZ Zamawiający pyta o Ca<sup>++</sup> (Wapń), a nie o Cl (chlorki) K<sup>+</sup>, N<sup>+</sup>. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, analizatora, który w moczu oznacza następujące parametry w odpowiednich zakresach: Na<sup>+</sup> dokładność 0.1.0.mmol/l zakres 1-300mmol/l, K<sup>+</sup> dokładność 0.1mmol/l zakres 4,5-120mmol/l, Ca<sup>++</sup> dokładność 1.0mmol/l zakres 1-300mmol/l.***

**Pytanie 3)** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora wraz z odczynnikami, elektrodami, materiałami zużywalnymi i kontrolami pochodzącymi od producenta analizatorów? ***Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.***

**Pytanie 4)** Dotyczy projektu umowy dla Pakietu nr 1. Paragraf 1 pkt 4 - prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 21 dni. ***Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 1 ust. 4 lit. b w Załączniku nr „Umowa – Projekt” w odniesieniu do Pakietu nr 1 na: „Przedmiot umowy określony w § 1 pkt.1 lit.b, będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność, w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Za dzień dostarczenia uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru urządzeń przez obie Strony.”***

**Pytanie 5)** Czy Zamawiający wymaga, aby wymiana elektrod, wężyków, pompek itp.następowała w chwili zakończenia się okresu gwarancji na dany produkt (materiał zużywalny) czy w chwili pierwszych symptomów zużycia się części np.elektrod?

UZASADNIENIE: Z praktyki wiadomo, iż znakomita większość części zużywalnych działa znacznie dłużej niż wynika to z okresu gwarancji. Nieuzasadnione jest (ekonomicznie) wymienianie dobrych i zwykle drogiej elementów zużywalnych takich jak np. elektrody tylko z powodu zakończenia się okresu gwarancji na dany produkt. Eksploatacja w/w materiałów do momentu pojawienia się pierwszych dysfunkcji spowoduje, iż wartość ofert dzierżawy analizatorów będzie znacznie niższa a przez to bardziej atrakcyjna dla Zamawiającego. ***Odp. Zamawiający wymaga, aby wymiana elektrod, wężyków pompek itp. następowała w chwili pierwszych symptomów zużycia części.***

*Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*