

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wykonanie testów specjalistycznych aparatury rtg.** Nr sprawy: ZP-11-132BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1) Prosimy o wyjaśnienie umieszczenia w Załączniku nr 1 str 8 - Wykaz aparatów, dla których mają być wykonane testy specjalistyczne, densytometru do pomiaru gęstości kości Lunar Prodigy Advance. W związku z tym, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia nie ma informacji, że densytometria kostna podlega testom specjalistycznym, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający usunie wyżej wymienioną pozycję z wykazu?

Odp. Zamawiający zmienia zakres przedmiotu zamówienia w ten sposób, że wykreśla z Załącznika nr 1 pozycję nr 9 LUNAR PRODIGY ADVANCE - aparat do pomiaru gęstości kości. Zamawiający w kolumnie „Termin wykonania testu w 2011 r. – I etap” zmienia terminy wykonania testów wg załączonego poniżej Załącznika nr 1.

**Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**

Załącznik nr 1

Wykaz aparatów dla których mają być wykonane testy specjalistyczne wraz z terminami ich wykonania.

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod .	Ilość testów w okresie umowy	Termin wykonania testu w 2011 r. – I etap	Termin wykonania testu w 2012 r. – II etap
1	ININFINIX VC-i	Angiograf	Toshiba Medical System	99A06x7024	802-696/3/06	2006	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
2	AQUILION 64	Tomograf komputerowy	Toshiba Medical System	ECA 05Y2213	802-665/06	2005	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
3	MAX-1000A	Aparat do zdjęć celowanych	Toshiba Medical System	C7597011	802-459/99	1997	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
4	BUCKY DIAGNOST TH/VT	Aparat RTG	Philips	9890010 06512/79454	802-523/01	2001	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
5	EASY DIAGNOST/DSI	Aparat do zdjęć celowanych	Philips	9848500 42401/79455	802-524/01	2001	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
6	VISITOR	Aparat do radiografii przyłóżkowej	Villa Sistemi Medicali s.r.l	955.015	802-337/95	1995	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
7	DYNARD HF-110A	Aparat RTG do radiografii przyłóżkowej	Dynard Corporation	3748	802-353/96	1994	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
8	VERTIX CX stojak	Aparat RTG do zdjęć kostnych	Siemens	00411	802-781	1994	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
9	HELIODENT-MD	Aparat RTG do zdjęć stomatologicznych przylegających	Siemens	51692	802-278	1993	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
10	ORTHOPANTOMOGRATH OP 200-OC 200	Aparat RTG do zdjęć panoramicznych	Instrumentarium	100776	802-722/07	2007	2	7 dni od daty podpisania umowy	12 miesięcy od daty wykonania testów w I etapie
11	Aparat RTG przenośny	Aparat do radiografii przyłóżkowej	TX-PLUS-4	PKS 12530	802-879	2010	1	-	Listopad 2012 r.

12	Aparat rentgenowski śródooperacyjny z ramieniem C	Aparat do zabiegów śródooperacyjnych	Ziehm Vision	90161	802-850	2009	1	-	Listopad 2012 r.
----	--	---	--------------	-------	---------	------	---	---	------------------

Testy specjalistyczne muszą obejmować również urządzenia pomocnicze takie jak : pomieszczenia ciemni, wywoływarki, negataskopy , kasety, stanowiska do interpretacji obrazów ,ekrany wzmacniające.