

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników – VII**.
Nr sprawy : ZP-11-137BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu ważności odczynników w *Pakiecie nr 1* z minimum 80% na minimum 70% od daty dostawy do bezpośredniego Odbiorcy? ***Odp. Tak.***

Pytanie 2) Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie w *Pakiecie nr 1* pozycja nr 1 (Podłoże RPMI 1640) wielkości opakowania od 100 – 500ml? ***Odp. Zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę pisarską w ten sposób, że w Załączniku nr 1 w pozycji nr 1 w kolumnie 5 „Wymagana wielkość opakowania” winno być - „100 – 500ml”.***

Pytanie 3) Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie w *Pakiecie nr 1* pozycja nr 2 (Płyn PBS) wielkości opakowania o pojemności od 100 – 500ml? ***Odp. Zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę pisarską w ten sposób, że w Załączniku nr 1 w pozycji nr 2 w kolumnie 5 „Wymagana wielkość opakowania” winno być - „100 – 500ml”.***

Pytanie 4) Dot. rozdziału II pkt 9 SIWZ; Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki oferowanego produktu/ metodyki. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie powyższych materiałów w języku angielskim? ***Odp. Rozdział IX pkt 2 SIWZ - ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.***

Pytanie 5 Dotyczy umowy par 1 ust 2a; zamawiający zapisał „Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w pkt.1 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 6) Dotyczy umowy par 1 ust 6a. Zamawiający zapisał :” a) W przypadku dostarczenia odczynników z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany ich na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, na własny koszt – *dotyczy Pakietu nr 1*. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do uzupełnienia braków oraz do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych? ***Odp. Tak.***

Pytanie 7) Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 – *Pakiet nr 1* -zadanie 1-podłoże RPMI pozycja 1 -4 Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienie opisał opakowanie w jakim ma się znajdować produkt w sposób: Butelki szklane, zamknięcie trwałe/korek gumowy+ kapsel aluminiowy”. Prosimy o wyjaśnienie, czy mając na uwadze zapisy art 29.ust 1. 2 i 3 ustawy P.Z.P , dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz art 36 ust 1 pkt 3.ustawy PZP, Zamawiający wymaga bezwzględnie dostarczenia wyspecyfikowanego produktu w w.w opakowaniach? Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wyspecyfikowanych produktów w opakowaniach z wysokogatunkowego tworzywa plastikowego PET, z korkiem zakręcanym , z tworzywa używanego powszechnie w innych produktach tego typu (HDPE, sklasyfikowany jako materiał klasy VI). Butelki posiadają ergonomiczny kształt, z szeroką szyjką ułatwiającą pipetowanie. ***Odp. Zgodnie z SIWZ - ze względu na konieczność zachowania sterylności, nie wyrażamy zgody.***

Pytanie 8) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w *Pakiecie nr 1* w poz. 1 i 3 podłoża o objętości 500ml? Taki opis mają Państwo w kolumnie nr 2 formularza cenowego („Asortyment”), natomiast w kolumnie nr 5 wymagana wielkość opakowania jest inna. ***Odp. Zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę pisarską w ten sposób, że w Załączniku nr 1 w pozycji nr 1 i pozycji nr 3 w kolumnie 5 „Wymagana wielkość opakowania” winno być - „100 – 500ml”.***

Pytanie 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę równoważnych odczynników odpowiadających kryteriom opisanym w formularzu asortymentowo – cenowym Załącznik nr 1 – *Pakiet nr 1*, ale w plastikowych zakręcanych butelkach? Pozytywne rozpatrzenie prośby umożliwi naszej firmie ważnej oraz konkurencyjnej oferty. ***Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników równoważnych. Ze względu na konieczność zachowania sterylności, Zamawiający nie wyraża zgody na zakręcane butelki plastikowe.***

*Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*